

**Протокол об итогах тендера по закупке изделий медицинского назначения,
требующего сервисное обслуживание в рамках оснащения медицинских организации
на 2021 год**

п.Шортанды, ул Дзержинского,1В

20 апреля 2021г.

Тендерная комиссия в составе:

Бутембаев Руслан Дюсенович, председатель конкурсной комиссии;

Мустакимова Райхан Араповна - главный бухгалтер член комиссии;

Яцун Ольга Михайловна – главный экономист

Ахметов Махсат Алтынбекович - врач-хирург, член комиссии;

Секретарь тендерной комиссии: Сери кбаева Гульмира Бакытжаповна - бухгалтер по государственным закупкам;

Организатором и заказчиком тендера выступает ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница».

В 11 часов 00 минут 12 апреля 2021 года часов в актовом зале, по адресу п.Шортанды, ул Дзержинского,1В , произвели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками по закупке изделий медицинского назначения, требующего сервисного обслуживания в рамках оснащения медицинских организации на 2021 год.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее-Правила)

Сумма, выделенная по лоту:

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Монитор пациента	Шт	3	3 200 000	9 600 000
2	Монитор пациента детский с передвижной тележкой	Шт	1	3 200 000	3 200 000
3	Аппарат электрохирургический высокочастотный	Шт	1	3 700 000	3 700 000
4	Насос шприцевой инфузионный	Шт	3	1 299 000	3 897 000
ИТОГО:					20 397 000

От потенциальных поставщиков заявок о разъяснении тендерной документации не поступало.

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Med-M»	г. Петропавловск	12-23 часов 07.04.2021г
2	ТОО «Эндомед»	г.Астана	17-58 часов 09.04.2021
3	ТОО «Комфорт Лайт»	Г. Кокшетау, ул. Абая, 118/14	09-09 часов 12.04.2021
4	ТОО «Ордамед Кокшетау»	Г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 179/А, офис 314	09-10 часов 12.04.2021г
5	ИП GroMax	Г. Кокшетау	09-11 часов 12.04.2021г
6	ТОО «ITTS»	Г. Астана	09-50 часов 12.04.2021г
7	ТОО «DAR Medical»	Г. Кокшетау, ул. Алатау, 1	09-56 часов 12.04.2021г

Ценовые предложения по закупу изделий медицинского назначения, требующего сервисного обслуживания в рамках оснащения медицинских организации на 2021 год оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

Таблица цен представленная потенциальными поставщиками:

По лоту №1

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Цена за ед. согласно таблице цен
Монитор пациента	ИП GroMax	2 950 000
	ТОО «Комфорт Лайт»	2 888 404
	ТОО Ордамед Кокшетау	2 692 265
	ТОО «ITTS»	2 698 218
	ТОО «Dar Medical»	2 600 000
	ТОО «Med-M»	2 100 000

Таблица цен представленная потенциальными поставщиками:

По лоту №2

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Цена за ед. согласно таблице цен
Монитор пациента детский с передвижной тележкой	ИП GroMax	2 950 000
	ТОО «Комфорт Лайт»	2 500 777
	ТОО Ордамед Кокшетау	3 100 000
	ТОО «ITTS»	2 302 020
	ТОО «Dar Medical»	2 600 000

Таблица цен представленная потенциальными поставщиками:

По лоту №3

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Цена за ед. согласно таблице цен
Аппарат электрохирургический высокочастотный	ИП GroMax	3 650 000
	ТОО «Комфорт Лайт»	3 600 100
	ТОО «Dar Medical»	3 500 000

Таблица цен представленная потенциальными поставщиками:

По лоту №4

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Цена за ед. согласно таблице цен
Насос шприцевой инфузионный	ИП GroMax	1 250 000
	ТОО «Dar Medical»	800 000
	ТОО «Эндомед»	790 000
	ТОО «ITTS»	714 000
	ТОО «Комфорт Лайт»	680 888

Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ЛОТ № 1. Монитор пациента	ИП GroMax	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Комфорт Лайт»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО Ордамед Кокшетау	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика

	ТОО «ITTS»	согласно п.п 15 п. 81 правил, (непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил)
	ТОО «Dar Medical»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Med-M»	согласно п.п 12 п. 81 правил, не соответствует технической спецификации Заказчика: требуется Манжета НИАД многоцветная (от 25-35 см) с трубкой , в свою очередь ТОО «Med-M» предлагает от 27-36 см, термобумага требуется 3 рулона , ТОО «Med-M» предлагает 2 рулона. В характеристиках измерения НИАД поставщик не указывает возможность единицы измерения - мм рт.ст. или кПа, по выбору пользователя. Отсутствует описание и характеристики CO2 по следующим параметрам: Диапазон измерения CO2 не менее от 0 до 99 мм.рт.ст. Погрешность от 0 до 40 мм.рт.ст. не более ± 2 мм.рт.ст. Погрешность от 41 до 76 мм.рт.ст. не более ± 5 мм.рт.ст. Погрешность от 77 до 99 мм.рт.ст. не более ± 10 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Скорость потока отбора не хуже: 70 мл/мин, 100 мл/мин. Допустимое отклонение скорости потока отбора не более 15% или 15 мл/мин, большее из значений. Время прогрева не более 45 сек. Минимальное время отклика не более 4,5сек. Диапазон измерения ЧДДП не менее от 0 до 120 вдох/мин. Время апноэ не хуже 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Аксессуары к модулю капнометрии CO2 у поставщика ТОО «Med-M» отсутствуют.

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ЛОТ № 2. Монитор пациента детский с передвижной тележкой	ИП GroMax	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Комфорт Лайт»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика

	ТОО Ордамед Кокшетау	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «ITTS»	согласно п.п 15 п. 81 правил, (непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил)
	ТОО «Dar Medical»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ЛОТ № 3. Аппарат электрохирургический высокочастотный	ИП GroMax	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Комфорт Лайт»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Dar Medical»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика

Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ЛОТ № 4. Насос шприцевой инфузионный	ИП GroMax	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Dar Medical»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Эндомед»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «ITTS»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика
	ТОО «Комфорт Лайт»	Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям заказчика

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Признать тендер по лоту №1 «Монитор пациента» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 №1729. Допущены два и более потенциальных поставщика. На основании наименьшей

цены признать победителем ТОО «Dar Medical» цена за единицу товара 2 600 000 тенге. Предложение ТОО «Ордамед Кокшетау» с ценою 2 692 265 является предпочтительным вторым после предложения победителя.

Признать тендер по лоту №2 «*Монитор пациента детский с передвижной тележкой*» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 №1729. Допущены два и более потенциальных поставщика. На основании наименьшей цены признать победителем ТОО «Комфорт Лайт» цена за единицу товара 2 500 777 тенге. Предложение ТОО «Dar Medical» с ценою 2 600 000 является предпочтительным вторым после предложения победителя.

Признать тендер по лоту №3 «*Аппарат электрохирургический высокочастотный*» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 №1729. Допущены два и более потенциальных поставщика. На основании наименьшей цены признать победителем ТОО «Dar Medical» цена за единицу товара 3 500 000 тенге. Предложение ТОО «Комфорт Лайт» с ценою 3 600 100 является предпочтительным вторым после предложения победителя.

Признать тендер по лоту №4 «*Насос шприцевой инфузионный*» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 №1729. Допущены два и более потенциальных поставщика. На основании наименьшей цены признать победителем ТОО «Комфорт Лайт» цена за единицу товара 680 888 тенге. Предложение ТОО «ITTS» с ценою 714 000 тенге является предпочтительным вторым после предложения победителя

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, организатор (Заказчик) закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе организатора закупа.

За данное решение проголосовало «за» 4 членов комиссии,

«против» 0 членов комиссии.

Бутембаев Руслан Дюсенович, председатель конкурсной комиссии;

Мустакимова Райхан Араповна -главный бухгалтер член комиссии;

Яцун Ольга Михайловна – главный экономист

Ахметов Махсат Алтынбекович — заведующий хирургическим отделением,

член комиссии;

Секретарь тендерной комиссии: Серикбаева Гульмира Бакытжановна - бухгалтер по государственным закупкам