

Протокол №56

заседания комиссии по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения по КГП на ПХВ «Аксукая центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области способом запроса ценовых предложений на 2018 год .

г Аксу

«07» декабря 2018 года

в соответствии с правилами организации и проведения закупа лекарственных средств ,профилактических (иммунобиологических , диагностических ,дезинфицирующих) препаратов , изделий медицинского назначения и медицинской техники , фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729,

Подвела итоги по закупу способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год .

2. Информация о наименованиях закупок ЛС и ИМН

лота	Наименование	Техническая характеристика	ед изм	кол-во	сумма
1	Лампа запасная	Лампа к источнику света Karl Storz Xenon nova 175, ксеноновая 175 Вт /15 В	шт	1	597 660
2	Матрац медицинский противопролежный с компрессором	Матрац выполнен из ПВХ .Матрац состоит из воздушных ячеек , которые наполняются воздухом попеременно в шахматном порядке. Наполнение воздухом осуществляется с помощью автоматического , бесшумного компрессора ,рассчитанного на непрерывный режим работы . Регулировка давления в зависимости от веса пациента .Простая и понятная система управления. Напряжение питания компрессора ,Потребляемая мощность режим работы компрессора материал форма пневматических камер регулировка давления Техническая характеристика: Длина (± 5%) 1900 мм Ширина (± 5%) 900 мм Высота (± 5%) 64 мм Напряжение питания компрессора (± 10%) 220± 22 В Потребляемая мощность 14 ВА Режим работы компрессора непрерывный Материал поливинилхлорид	шт	11	374 000

		<i>Форма пневматических камер</i> <i>Регулировка давления</i> <i>ячейки</i> <i>Да</i>			
3	Матрац медицинский противопролежный с компрессором	Матрац выполнен из ПВХ .Матрац состоит из воздушных ячеек , которые наполняются воздухом попеременно в шахматном порядке. Наполнение воздухом осуществляется с помощью автоматического , бесшумного компрессора ,рассчитанного на непрерывный режим работы . Регулировка давления в зависимости от веса пациента .Простая и понятная система управления. Напряжение питания компрессора ,Потребляемая мощность режим работы компрессора материал форма пневматических камер регулировка давления Техническая характеристика: <i>Длина (± 5%)</i> <i>1920 мм</i> <i>Ширина (± 5%)</i> <i>900 мм</i> <i>Высота (± 5%)</i> <i>100 мм</i> <i>Напряжение питания компрессора (± 10%)</i> <i>220± 22 В</i> <i>Режим работы компрессора</i> <i>непрерывный</i> <i>Материал</i> <i>поливинилхлорид</i> <i>Форма пневматических камер</i> <i>баллоны</i> <i>Защитная непромокающая простыня</i> <i>Регулировка давления</i> <i>Да</i>	шт	5	325 000
4	Анализатор билирубина новорожденных фотометрический капиллярный встроенной автокалибровкой безреагентной пробоподготовкой АБФн-04 НПП-ТМ	Метод определения- Безреагентный –двухволновая фотометрия плазмы крови в стеклянном капилляр без дозирования объем крови в полном капилляре примерно 30 мкл. Плазма для фотометрирования получается непосредственно в капилляре на любой гематокритной центрифуги. Анализатор укомплектован гильзами для установки капилляров в центрифугу диапазон измерений -0-500 мкмоль /л Погрешность измерений не	шт	2	2 400 000

		более 7 мкмоль. Объем крови для исследования – не более 30 мкл. Сетевое питание 220 В/50 Гц (через адаптер) Габариты 195*105*70 мм Вес 1 кг Устойчивое печатающее УП -02 Печать на термобумагу шириной 57 мм Сетевое питание 220 В/50 гц через адаптер) Габариты 240 *105*70 мм Инфракрасная связь с анализатором Вес 1 кг			
5	Танометр внутриглазного давления ТВГД -02	Предназначен для измерения ВГД , без контакта с роговицей глаза , без риска инфицирования без анестезии без стерилизаций	шт	2	401 800
6	Кровать медицинская функциональная механическая	<i>Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием. Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами. Кровать имеет 4-х секционную систему.</i> <i>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами. Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</i> <i>Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необходимости могут подниматься и опускаться Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати.</i> Техническая характеристика: • Габариты (Д x Ш x В) (± 2%): 2180x950x920 мм; • Размеры поверхности ложа (Д x Ш) (± 3%): 1970x870 мм; • Высота ложа (± 5%): 510	шт	13	4 320 550

		мм; - Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм; - Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг; - Угол наклона головной секции: 0-(60) гр; - Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.																								
7	Кровать функциональная трехсекционная	Кровать представляет собой <i>разборную конструкцию</i>, выполненную в виде сварного каркаса, трехсекционного ложа и 2 торцевых спинок: - каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; - ложе из перфорированного стального листа толщиной 0,8 мм, оснащено ограничителями для матраца; - торцевые спинки из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащены вставкой из ЛДСП. Фиксированная высота ложа над полом. Регулировка спинной, тазобедренной и ножной секций механическая, по пазам гребенок. Кровать оснащена 2 гнездами крепления разнообразного навесного оборудования. Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозом. Изделие поставляется <i>в разобранном виде</i> в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке. <table><tr><td>Габаритные размеры кровати, мм</td><td>2220x880x1000</td><td></td></tr><tr><td>Габаритные размеры подматрачной рамы, мм</td><td>2020x800</td><td></td></tr><tr><td>Высота ложа, мм</td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>Угол наклона спинной секции</td><td>60°</td><td></td></tr><tr><td>Угол наклона тазобедренной и ножной секций</td><td>20°</td><td></td></tr><tr><td>Масса изделия, кг</td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>Масса брутто (без</td><td>57</td><td></td></tr></table>	Габаритные размеры кровати, мм	2220x880x1000		Габаритные размеры подматрачной рамы, мм	2020x800		Высота ложа, мм	500		Угол наклона спинной секции	60°		Угол наклона тазобедренной и ножной секций	20°		Масса изделия, кг	54		Масса брутто (без	57		шт	6	1 034 100
Габаритные размеры кровати, мм	2220x880x1000																									
Габаритные размеры подматрачной рамы, мм	2020x800																									
Высота ложа, мм	500																									
Угол наклона спинной секции	60°																									
Угол наклона тазобедренной и ножной секций	20°																									
Масса изделия, кг	54																									
Масса брутто (без	57																									

		обрешетки), кг				
		Допускаемая нагрузка (не более), кг	160			
		Размеры гофрокартонной упаковки, мм	2060х900х160, объем, куб.м -	0,3		
		Размеры деревянной обрешетки, мм	2200х970х220, объем, куб.м -	0,47		
8	Монитор реанимационный и анестезиологический	Для контроля ряда физиологических параметров	шт	2		1 140 000

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших предложения :

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	БИН
1	ТОО «Альянс»	Усть- Каменогорск ул.Красина 12/2	970140000102
2	ТОО Компания «Медиус»	Павлодар ул Ак.Сатпаева 43 оф.17	040840004296
3	ТОО «Дельрус РК»	Астана пер. Шынтас ,2/1	080740011581
4	ТОО «Medical Trede 14»	Павлодар ул. Пахомова 104/13,8	140640026538
5	ТОО «ЛПУ снаб»	Костанай ул. Ш.Шаяхметова дом 146	110640012453
6	ТОО «Алаш KZ»	Павлодар ул.Пахомова 70/1-38	140540023807
7	ИП «GroMax»	Кокшетау ул. Акана –Серы дом 206	680426450534
8	Филиал ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ» в городе Павлодар	Павлодар ул.Чокина 109/1	930340000390
9	ТОО «Медика KZ»	Павлодар ул.Ген.Дюсенова 4	151040023457
10	ТОО «Альтарис»	Павлодар ул. Усова ,50	160140022799
11	ТОО «KDM company»	Павлодар ул М.Горького ,31	170640021562

4.1 ИП «GroMax» с ценой договора - 388 000

№ лота	Наименование	ед. изм	кол-во	цена	сумма
1	Лампа к источнику света Karl Storz Xenon nova 175, ксеноновая 175 Вт /15 В	шт	1	388 000	388 000

4.2 ТОО «Медика KZ» с ценой договора - 460 815

№ лота	Наименование	ед. изм	кол-во	цена	сумма
2	Матрац медицинский противопрележневый с компрессором ДЖС130 Ф	шт	11	20 165	221 815
3	Матрац медицинский противопрележневый с компрессором ДЖС420С	шт	5	47 800	239 000

4.3 ТОО «Алаш KZ» с ценой договора - 7 509 100

№ лота	Наименование	ед. изм	кол-во	цена	сумма
4	Анализатор билирубина АБФн-04 НПП –ТМ	шт	2	900 000	1 800 000
6	Кровать медицинская функциональная механическая	шт	13	275 000	3 575 000

7	Кровать функциональная трехсекционная	шт	6	172 350	1 034 100
8	Монитор пациента мультипараметрический	шт	2	550 000	1 100 000

4.4 ТОО «KDM company» с ценой договора - 392 760

№ лота	Наименование	ед. изм	кол-во	цена	сумма
5	Танометр внутриглазного давления ТВГД -02	шт	2	196 380	392 760

4.5 Филиал ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ» в городе Павлодар отклоняется по следующим лотам :

ЛОТ № 2 - не соответствие квалификационным требованиям настоящих Правил.

ЛОТ № 3 - не соответствие квалификационным требованиям настоящих Правил.

ЛОТ №5 - не соответствие квалификационным требованиям настоящих Правил.