

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| Дет. № | Атауы  | Техникалық сипаты  | Жеткізу мерзімі  |
|--------|--|--|--|
| 1      | Онерашылық қайыштар / тік бұрышты қайыштар, 170 мм                                     | Онерашылық қайыштар, дотал, түзу. Жалпы ұзындығы - 165 мм ± 6 мм. құлып бөлігі енінен-11 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,8 мм ± 1 мм, жабық күйдегі бастардың аяқталуы: ені-6 мм ± 1 мм. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 2      | Онерашылық қайыш / бір ұшты қайыш түзу, 140 мм   | Онерашылық қайыш, бір отыр ұшы бар, түзу. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм. бұрандалы қосылғыстан бұраншаның ұзындығы-50 мм ± 3 мм. құлып бөлігі: ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,6 мм ± 0,5 мм. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 3      | Онерашылық қайыш / дотал ұшты, тігінен қисық қайыш, 170 мм                             | Онерашылық, дотал, қисық қайыштар, өскен ауыту 12,5±1 мм, жабық күйдегі браншалардың аяқталуы: ені - 8,5 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы 2,5±0,5 мм, құлып бөлігі: ені-11,5 мм ± 1 мм, қалыңдығы-6 мм ± 0,5 мм, жалпы ұзындығы - 170 мм ± 5 мм. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 4      | Онерашылық қайыш / дотал ұшты, тігінен қисық қайыш, 140 мм                             | Онерашылық қайыштар, дотал, қисық. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм. бұрандалы қосылғыстан бұраншаның ұзындығы-50 мм ± 3 мм. құлып бөлігі: ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,5 мм ± 1 мм, жабық күйдегі браншаның соңы: ені-6,5 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы-1,7 мм ± 0,5 мм, өскер-11 мм ± 1 мм.Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 5      | Аутериялық қисықш / тігіт "Москва" темостапталық қисықш, қайыра бойламен қисық, 150 мм | Аутериялық қисықш. Жалпы ұзындығы-155 мм ± 5 мм, ұзындығы 28,6 мм ± 0,3 мм қисық бранштар 0,6 мм қаламмен көздеген ойықты қағуы керек. доталыда болықтың ені жабық күйдегі бранш-2,78 мм ± 0,1 мм. бранш ұштарының қалыңдығы-2,3 мм ± 0,1 мм. құлып бөлігі: ені-7 мм ± 0,3 мм, қалыңдығы - 4,6 мм ± 0,2 мм, өскен ауыту-1,4 мм ± 0,2 мм, 1,75 мм қаламмен 3x3 тек қрамалерінің болуы. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 6      | Перитоней қисықштар/ іш жимді перитонейге бекітуге кремальера қисықш, 195 мм           | Қисықш, жалпы ұзындығы 198 +/- 3 мм, қисық болуы керек, ойыты бар бранштар, жабылған кезде басқа бранштың екі тістерінің арасына енетін тіспен аяқталуы керек. Тұтқалар сақиналы, міндетті түрде болуы керек кремальерлер. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 7      | Сым аралар / бұралған сым ара, 500 мм  | Сым ара, ені ұшында сақина тізбектері бар, серпімді және бір-біріне оралған кесі дегенде екі тісті сындын жасалуы керек. Жалпы ұзындығы 495 мм-ден кем емес және 505 мм-ден артындай Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 8      | Ампутиациялық аралар/ ракатик ара  | Ам-қолды режикінділу немесе ампутиациялу кесінде және сүйек пластинкасында үлкен сүйектердің қатты тілдерін кесуіне арналған ара. Ұзындығы 240 мм U-тарды жақтау тұрғыда жасаған ұзындығы 100 мм сопақ түзе тұтқанын және пішімдегі алып тастауға арналған бұрандалығы болуы. Араның өлшемсі кесінде 350 мм және 360 мм-ден артындай жинаққа кесінде түп ауыстырылатын пышақ кіреді. Пішімдердің ені: 6-1 мм, 8 - 1 м және 11 - 1 м болуы керек. пышақ тістерінің қаламы 2x0,1 мм, тістердің білікті 1,7±0,2 мм болуы керек. ара тістері негізі 2x0,1 мм-ден аз тек қабірталы үшбұрыш болуы керек. Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай. | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 9      | Ректальды айналар / ректальды көз жармағы Онерашылық Айна, 190 мм                      | Ректальды айна екі қабатты болуы керек. тұтқада 90° бұрышта оралмақсан, жұмыс бөлігінің ұзындығы 100±2 мм, тігінен ені 25±2 мм артық жағының тігінен ені 15±2 мм. тұтқадау дәлсімен текіс, піші жағында бір жалпы серпіме бар. Тұтқадаулар аралында дөңгелек гайкасы бар бекіту бұрандалы болуы керек. Жалпы ұзындығы 190 мм-ден кем емес және 200 мм-ден артындай.Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 10     | Ішек және өскен қисықштар / ішек қабірталы ұстауға арналған қисықштар, 5x6 тіс, 200 мм | Қисықш, 5x6 тістің жұмыс бөлігі, ені 5,5 ± 0,3 мм, жабық күйдегі қалыңдығы 8,35±0,5 мм. бұтқадауы ұзындығы 51,5±1 мм. құралдың екі бөлігінің қосалуы өкпиромде, құлып бөлігінің ені 7,8±0,3 мм, қалаңдығы 5,65±0,5 мм. тұтқадау сақиналы, болуы қрамальерлер. Құралдың жалпы ұзындығы кесінде 195 мм және 205 мм артық емес.Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 11     | Таңбалы және таңпалы қисықштар / Корпидант қисық, 260 мм                               | Қисықштардың қисық болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, құрал өскеннен тілінінен ауытуы 19,5±1 мм соңында пішінісі жұмыс бөлігі Ұзындығы 22±1 мм, піші бөлігінде тұтқар тарзда ойық болуы керек, жабық кезде ұштарының қалыңдығы 5,5±0,5 мм. құралдың екі бөлігінің байланыс аяқталмас болуы керек. Қосылу орындалы ені 10,3±0,5 мм, қалыңдығы 6±0,5 мм, болуы қрамальерлер. Тұтқадау сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кесінде 255 мм және 265 мм артық емес.Материал: жоғары дегірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштыу дәлсімен орындалуы және өндірүші, оныңдан каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Көпітдік мерзімі кесінде 12 ай.   | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 12 | Артериялық қысымдар 16 см.   | Қысқаш артериялық, жігіттен ойығы бар, аяқпаштың өсінен ауытқуы 10 + -0,2 мм, ұзындығы ені 3 + -0,3 мм, ұзындығы 45 + -0,3 мм, жалпы ұзындығы 155 мм және 165 мм-ден аспайды. тұтқалары ұрсақалыермен сақиналы. Дайындалу материалдары: Роусулді ишалағы бойынша қаттылық көрсеткіштері кезінде 57 бірлік болатын шығысқа қарсы (күңгірт) дайындалған жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндірүшінің атауы немесе фирмалық белгіте, каталог нөмірі, және партия нөмірі қамтылуы тиіс. Құралдан және қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 1 жыл.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 13 | Артериялық қысымдар 18 см.   | Қысқаш артериялық, жігіттен ойығы бар, аяқпаштың өсінен ауытқуы 10 + -0,7 мм, бұтқақардың ені 4 + -0,5 мм, ұзындығы 48 + -1,0 мм, жалпы ұзындығы 175 мм және 185 мм-ден аспайды. тұтқалары ұрсақалыермен сақиналы. Дайындалу материалдары: Роусулді ишалағы бойынша қаттылық көрсеткіштері кезінде 57 бірлік болатын шығысқа қарсы (күңгірт) дайындалған жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндірүшінің атауы немесе фирмалық белгіте, каталог нөмірі, және партия нөмірі қамтылуы тиіс. Құралдан және қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 1 жыл.  | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 14 | Былдампа бөлігінің қалыңдығы/ тұрғыналық ресқиялық қалыңы көздеген қисық, 160 мм | Былдампа бөлігіне арналған қалыңдыр қабырғала 120 г бұрышпен қисық болуы керек. Ұзындығы 75±2 мм доғал ұшты бранштар, тұтқалары сақиналы, жалпы ұзындығы 155 мм-ден кем емес және 165 мм-ден аспайды. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндірүшінің атауы немесе фирмалық белгіте, каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.  | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 15 | Айна гинекологиялық, қосжарнақты.  | Жалпы ұзындығы-106 мм ± 5 мм жұмыс бөлігі ойық, ұзындығы-95 мм ± 3 мм, ені-25 мм ± 1 мм, қапқақтың төресілігі-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қапқақтың орналасуын бекітетін бұрыңдалы металитмен жабылғандығы керек. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 16 | Айна гинекологиялық, қосжарнақты   | Жалпы ұзындығы-115 мм ± 5 мм, жұмыс бөлігі ойық, ұзындығы-100 мм ± 3 мм, ені-30 мм ± 1 мм, қапқақтың төресілігі-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қапқақтың орналасуын бекітетін бұрыңдалы металитмен жабылғандығы керек. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 17 | Каннолмен арналған жалғардың қорғасы   | Жұмыс бөлігі тұту, диаметрі - 8-0,1 мм түтік түрінде болуы керек, диспалды бөлігінде ұрнайы сапылаулардың болуы кезінде-3 дана, каннолді алдырттың параметрлері: Ұзындығы-31-0,1 мм, негіздігі диаметрі - 11±0,2 мм, құралдың жалпы ұзындығы кезінде 235 мм және 245 мм артық емес. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 18 | Каннолмен арналған жалғардың қорғасы   | Жұмыс бөлігі тұту, диаметрі 9,0±0,1 мм болатын түтік түрінде болуы керек, диспалды бөлігінде 2 бұйырлық тесік және бір орталық болуы. Алдырттар каннолмен параметрлері: ұзындығы-32,0±0,1 мм, негіздігі диаметрі-11±0,2 мм, құралдың жалпы ұзындығы 240-5,0 мм. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 19 | Қысқаштар  | Қысқаштар, жалпы ұзындығы-255 мм ± 5 мм, бранштар тұту, ұзындығы 87 мм ± 2 мм, көздеген ойығы 30,5 мм ± 1 мм және диспалды бөлігінде болып ойығы бар. Диспалды бөліктің ені бранш жабық күйде-6 мм ± 0,5 мм, бранш ұштарының қалыңдығы - 3,5 мм ± 0,5 мм, құлып бөлігі: ені - 10,25 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы - 6,2 мм ± 0,2 мм, қосжалының болуы 4x4 тс. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.  | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 20 | Қысқаштар  | Қысқаштар, қисық болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, құрал өсінен тігінен ауытқуы 19,5±1 мм, сопаққа пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 22±1 мм, ішкі бөлігінде таулар тәрізді ойық болуы керек, жабылу кезінде ұштарының қалыңдығы 5,5±0,5 мм, құралдың ені бөлігінің байланысын ақпирмас болуы керек. Қосжалу орындалы ені 10,3±0,5 мм, қалыңдығы 6±0,5 мм, болуы ұрсақалыерлер. Тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кезінде 235 мм және 245 мм артық емес. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай. | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 21 | Қысқаштар  | Акушерлік тұту қысқаштар, жұмыс бөліктері ені 14±1 мм сопаққа, ұзындығы 25±1 мм көздеген ойығы бар, ені 4,8±0,5 мм сопақ теріске, жұмыс ұзындығы 87±2 мм, ені бөлігінде түбісі бір-бірінен ажыраса, ені 10±0,5 мм, қалыңдығы 5,5±0,5 мм болуы керек. тұтқалары ұрсақалыермен сақиналы. Жалпы ұзындығы 235 мм-ден кем емес және 245 мм-ден аспайды. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.  | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 22 | Қайшы  | Жігітше операциялық қалыңдар тұту, найза тәрізді ұшты, тұйыс орының ұшына дейінгі жұмыс бөлігінің ұзындығы 25±2 мм болуы керек. құралдың ені бөлігінің түбісі бұрыңдалы болуы керек, түбіс орының ені 5±0,5 мм, қалыңдығы 3±0,5 мм, тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кезінде 108 мм және 112 мм артық емес. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.   | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |
| 23 | Қысқаштар  | Таңғыш материалға мен тапмоландар, арналған қысқаштар. Жалпы ұзындығы-235 мм ± 5 мм, бранштар тұту, ұзындығы 75 мм ± 3 мм, көздеген ойығы Ұзындығы 26 мм ± 1 мм және диспалды бөлігінде болып ойығы бар. Диспалды бөліктің ені бранш жабық күйде-5 мм ± 0,5 мм, бранш ұштарының қалыңдығы-3,0 мм ± 0,5 мм, құлып бөлігі: ені-9,50 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы-6,2 мм ± 0,2 мм, болуы ұрсақалыерлер. Материал: жоғары лептіргеннен тот баспайтын болат. Таңбалару. Лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімінің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кезінде 12 ай.  | Тансырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде |



|    |           |  |  |
|----|-----------|--|--|
| 24 | Қосқыштар | Табиги материал мен табиғаттарда арналған қосқыштар. Бұтақтар Қосық. ұзындығы 75±2 мм, араал өсінен тітінен ауытқуы 17±1 мм болуы керек,сопықша пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 16±1 мм, ені 5±1 мм, ішкі бетінде қолданылған ойық болуы керек. Құралдың екі бөлігінің байланысы ағырмасы болуы керек. Қремағырдың болуы. Тұтқалар сақинасы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кезінде 225 мм және 235 мм артық емес.Материал: жоғары легірілгеніен тот баспайтын болат. Табиғату лазерлік нәқышту әдісімен орындауы және өндiрушi, өнiмнiң қапталог нөмiрi, жөге партия нөмiрi. Тұрағы ақпаратты қамтуы тiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тiс. Көпiлiк мерзiмi кезiнде 12 ай. | Тапсырыс берушінің өтінкі бойынша 10 күнтізбестік күн ішінде |
| 25 | Қосқыш    | Қосқыш әрлерінің, тұзу болуы керек. ұзындығы 19±1 мм ұзақ тісті ойығы бар жұмыс бранштары, жойық күйдесті ұштардың ені 1,5±0,2 мм, қапшықты 2±0,2 мм болуы керек,қосқыс бір-бірінен ағырмасы, қосылу орындағы қапшықты 3,8±0,3 мм, тұтқалар қремағырмен сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кезінде 120 мм және 130 мм артық емес.Материал: жоғары легірілгеніен тот баспайтын болат. Табиғату лазерлік нәқышту әдісімен орындауы және өндiрушi, өнiмнiң қапталог нөмiрi, жөге партия нөмiрi. Тұрағы ақпаратты қамтуы тiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тiс. Көпiлiк мерзiмi кезiнде 12 ай.  | Тапсырыс берушінің өтінкі бойынша 10 күнтізбестік күн ішінде |
| 26 | Қосқыштар | Ауырлық тұзу қосқыштар, жұмыс бөлестері ені 11,8±1 мм сопықша, ұзындығы 25±1 мм қолданылған ойығы бар, ені 4,8±0,5 мм сопық терезе, жұмыс ұзындығы 87±2 мм екі бөліктің түбірі бір-бірінен ағырмасы, ені 10±0,5 мм, қапшықты 5,3±0,5 мм болуы керек. тұтқалары қремағырмен сақиналы. Жалпы ұзындығы 245 мм-ден кем емес және 255 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легірілгеніен тот баспайтын болат. Табиғату лазерлік нәқышту әдісімен орындауы және өндiрушi, өнiмнiң қапталог нөмiрi, жөге партия нөмiрi. Тұрағы ақпаратты қамтуы тiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тiс. Көпiлiк мерзiмi кезiнде 12 ай.  | Тапсырыс берушінің өтінкі бойынша 10 күнтізбестік күн ішінде |

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде мынадай талаптар қойылады.

- 1) Қолдестің ерекшелігіне және дәріханаларда дайындастан дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорығында (руқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелісген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртібінен Қазақстан Республикасында медициналық қызметтің тіркелуін болуы, аумағына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылатын айналытуыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірінші жылжымалы медициналық кешен ретінде медициналық тіркеудің болуы, аумағына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылатын айналытуыштарды сатып алу жүйесіндегі медициналық техниканың (жестілу жүйесінің) тіркеу қажеттілігінің болмауы еркіндігіне немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хаттымен расталады.
- 2) сипаттамадан немесе техникалық ерекшелікті сатып алуға қабардандыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.
- 3) Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сандық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаштарына асап кетуіне жол берілсін;
- 3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорығында (руқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелісген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау бұйымдары ауырлық сақтандыру үстем бағыты, қабардандырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағыты ескеріліп, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттемеген алу және (немесе) сатуға алуға (бір болса) бойынша шекті бағаларды асырмауы;
- 4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сату және тапсырмадау қығалдарына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігін мен сапасын сақтауды қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге және тапсырмадау болды табылады.
- 5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасында әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тапсырғанды, тұтыну орнамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен тіртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
- 6) медициналық техниканың жандылығы, оның қолданылуы және жетілу кезінің алдындағы жағдайға төрт ай кезеңінде өндiру;
- 7) өзімен құралдарына жалған медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өзімен бірлігі тұрағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өзімен бірлігі медициналық жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өзімен бірлігі медициналық жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өзімен бірлігі қамтамасыз ету тұрағы заңнамасына сәйкес расталады.

8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметтің жетілуі немесе көрсетуі сапаны, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.