

Тендер өткізу тәсілімен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік ойысмерді
сатып алуымы өткізу туралы хабарландыру (медициналық құралдар)
2023 жыл 11 мамыр

Талқылауға берілуінен немесе сатып алуға ұйымдастырушының атауы: Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» ҚЖАК
Талқылауға берілуінен немесе сатып алуға ұйымдастырушының мекенжайы: 1109000, Қостанай қаласы, Дзержинский көпесі, 9 мынадай тауарларды тендер тәсілімен сатып алуға өткізу туралы хабарлайтын:

1. Сатып алынатын фармацевтикалық құралдардың, сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың халықаралық патенттегіменен атауларының, сәуір айының аяғы – пайызға және көтере алынатын жағдайда, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір лот бойынша сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы:

№ лота	Наименование	Өлшем бірлігі	Қол-во	Цена	Сумма	Техническое описание
1	Операциялық қайшылар / тік бұрышты қайшылар, 170 мм	дана	20	13400,00	268000,00	Операциялық қайшылар, доғал, түзу. Жалпы ұзындығы - 165 мм ± 6 мм, құлып бөлігі: енінен- 11 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,8 мм ± 1 мм, жойық құлағы бұтақтардың аяқталуы, ені-6 мм ± 1 мм. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
2	Операциялық қайшы / бір ұшты қайшы түзу, 140 мм	дана	20	11400,00	228000,00	Операциялық қайшы, бір өткір ұшы бар, түзу. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм, бұрандалы қосалыстық, ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы - 5,6 мм ± 0,5 мм. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
3	Операциялық қайшы / доғал ұшты, тігінен қисық қайшы, 170 мм	дана	30	13400,00	402000,00	Операциялық, доғал, қисық қайшылар, осыған ауыту 12,5±1 мм, жойық құлағы бұрандалардың аяқталуы, ені - 8,5 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы 2,5±0,5 мм, құлып бөлігі, ені-11,5 мм ± 1 мм, қалыңдығы-6 мм ± 0,5 мм, жалпы ұзындығы - 170 мм ± 5 мм. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
4	Операциялық қайшы / доғал ұшты, тігінен қисық қайшы, 140 мм	дана	15	11400,00	171000,00	Операциялық қайшылар, доғал, қисық. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм, бұрандалы қосалыстық бұранданың ұзындығы-50 мм ± 3 мм, құлып бөлігі: ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы- 5,5 мм ± 1 мм, жойық құлағы бұранданың осыған ені-6,5 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы-1,7 мм ± 0,5 мм, осыған-11 мм ± 1 мм. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
5	Артериялық қысқыштар/ "Москва" типті гемостатикалық қысқыш, қолында бойымен қисық, 150 мм	дана	20	13400,00	268000,00	Артериялық қысқыш. Жалпы ұзындығы-155 мм ± 5 мм, ұзындығы 28,6 мм ± 0,3 мм қисық бұранштар 0,6 мм қалымен көлденең ойықты қамтуы керек. даярталды бөлігін ені жойық құлағы бұранш-2,78 мм ± 0,1 мм, бұранш ұштарының қалыңдығы-2,3 мм ± 0,1 мм, құлып бөлігі: ені-7 мм ± 0,3 мм, қалыңдығы - 4,6 мм ± 0,2 мм, осыған ауыту-11,4 мм ± 0,2 мм, 1,75 мм қалымен 3x3 тік кремальерінің болуы. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
6	Перитонеум қысқыштары/ іші мінділі перитонеумға бекітуге арналған кремальерға қысқыш, 195 мм	дана	40	15600,00	624000,00	Қысқыш, жалпы ұзындығы 198 +/- 3 мм, қисық болуы керек, ойығы бар бұранштар, жойылған кезге бексе бұранштың ені тістерінің ара-сына енетін тіспен аяқталуы керек. Тұтақалар сағинасын, міндетті түрде болуы керек кремальерлер. Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
7	Сым арашар / бұранштан сым ара, 500 мм	дана	15	5800,00	87000,00	Сым ара, екі ұшында сағина тілшектері бар, серпілді және бір-біріне орадан кезі деңгеле екі тісті сағинадан жасалуды керек. Жалпы ұзындығы 495 мм-ден кем емес және 505 мм-ден аспайтын.Материал: жоғары легірілгеннен тот баспайтын болат. Таңбалық лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндірүші, өнімнің каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.

8	Ампутициялық аралар/ рамалық ара	дана	3	78000,00	234000,00	Айық-қолдау рәжесіне жаратылатын немесе ампутиациялық кезінде және сүйек пластикасында үлкен сүйектердің қатты тілдерін кесуге арналған ара. Ұзындығы 250 мм U-тәрізді жалтау түрінде жасалған ұзындығы 100 мм сопақ қызы тұтқанды және шығатын алын тастауға арналған бұралатын болуы. Аралың өлшемі кесімде 350 мм және 360 мм-ден аспайды, жинаққа кесімде үш Аустеризациялық пішінге келеді. Тығыздығы ені: 6=1 мм, 8=1 мм және 11=1 мм болуы керек. Пішіндік тістерінің қалыңдығы 2±0,1 мм, тістердің биіктігі 1,7±0,2 мм болуы керек. ара тістері негізі 2=0,1 мм-ден аз төң көбірек ұштырушы болуы керек. Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық лазерлік нақыштық әдіспен орындалуы және өндiрушi, оныңiнi каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағазға тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кесімдік мерзімі кесімде 12 ай
9	Ректалды айналар / ректалды көз жармағы Операциялық Айна, 190 мм	дана	10	70000,00	700000,00	Ректалды айна екі қабырға болуы керек, тұтқаар ойық тегіс, тұтқалар 90° бұрышта орналасқан, жұмыс бөлігінің ұзындығы 100±2 мм, тітінен ені 25±2 мм артыра жағынан тітінен ені 15±2 мм, тұтқалар дөңгелек тегіс, ішкі жағында бір жалпақ серпіне бар. Тұтқалардың аралында дөңгелек тегіс бар бекіту бұралмағы болуы керек. Жалпақ ұзындығы 190 мм-ден кем емес және 200 мм-ден аспайды.Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық лазерлік нақыштық әдіспен орындалуы және өндiрушi, оныңiнi каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағазға тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кесімдік мерзімі кесімде 12 ай
10	Ішек және асқазан қысқыштары / ішек қайыртасын ұстауға арналған қысқыштар, 5x6 тис, 200 мм	дана	10	20400,00	204000,00	Қысқыш, 5x6 тегіс жұмыс бөлігі, ені 5,5 ± 0,3 мм, жалпақ күйдігі қалыңдығы 8,35±0,5 мм, бұтақтардың ұзындығы 51,5±1 мм, құралдың екі бөлігінің қосылуы ажырамай, күшті бөлігінің ені 7,8±0,3 мм, қалыңдығы 5,65±0,5 мм, тұтқалар сақиналы, болуы кремнеалюминий құралдың жалпақ ұзындығы кесімде 195 мм және 205 мм артық емес.Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық лазерлік нақыштық әдіспен орындалуы және өндiрушi, оныңiнi каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағазға тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кесімдік мерзімі кесімде 12 ай
11	Таңыш және тампон қысқыштары / Корпидің қысқы, 260 мм	дана	30	20400,00	612000,00	Қысқыштары қысқа болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, күрді өсінен тітінен ауытқы 19,5±1 мм,соңында пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 22=1 мм, ішкі бетінде тұрғы тәрізді ойық болуы керек, жалпақ кезінде ұштарының қалыңдығы 5,5±0,5 мм құралдың екі бөлігінің байланысы ажырамай болуы керек. Қосылу орнындағы ені 10,3±0,5 мм, қалыңдығы 6±0,5 мм болуы керек.Материал: Тұтқаар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпақ ұзындығы кесімде 255 мм және 265 мм артық емес.Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық лазерлік нақыштық әдіспен орындалуы және өндiрушi, оныңiнi каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағазға тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кесімдік мерзімі кесімде 12 ай
12	Артериялық қысқыштар 16 см.	дана	20	30000,00	600000,00	Қысқыш артериялық, ілгісін ойықты бар, аспаптың өсінен ауытқы 10 ± 0,2 мм, бұтақтардың ені 3 ± 0,3 мм, ұзындығы 45 ± 0,3 мм жалпақ ұзындығы 155 мм және 165 мм-ден аспайды, тұтқалары кремнеалюминий сақиналы. Дайындалу материалы: Роквелл шығасы бойынша қаттылық көрсеткіштері кесімде 57 бірлік болатын шығалысқа қарсы (күңгірт) дивидияны жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндiрушiнiң атауы немесе фирмалық белгісі, каталог нөмірі, және партия нөмірі қағазға тиіс. Құралдың жеке қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кесімдік мерзімі-кесімде 1 жыл.
13	Артериялық қысқыштар 18 см.	дана	20	33000,00	660000,00	Қысқыш артериялық, ілгісін ойықты бар, аспаптың өсінен ауытқы 10 ± 0,7 мм, бұтақтардың ені 4 ± 0,5 мм, ұзындығы 48 ± 1,0 мм жалпақ ұзындығы 175 мм және 185 мм-ден аспайды, тұтқалары кремнеалюминий сақиналы. Дайындалу материалы: Роквелл шығасы бойынша қаттылық көрсеткіштері кесімде 57 бірлік болатын шығалысқа қарсы (күңгірт) дивидияны жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндiрушiнiң атауы немесе фирмалық белгісі, каталог нөмірі, және партия нөмірі қағазға тиіс. Құралдың жеке қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кесімдік мерзімі-кесімде 1 жыл.
14	Баламша бөзінші қайышдары/ тубоидтық ресекциялық қайыш көзденген қысқы, 160 мм	дана	5	20000,00	100000,00	Баламша бөздерге арналған қайышдар қайыртала 120 г бұрышпен қысқа болуы керек. Ұзындығы 75±2 мм доғал ұшты оранштар, тұтқалары сақиналы, жалпақ ұзындығы 155 мм-ден кем емес және 165 мм-ден аспайды. Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат. Таңбалық лазерлік нақыштық әдіспен орындалуы және өндiрушi, оныңiнi каталог нөмірі, және партия нөмірі туралы ақпаратты қағазға тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кесімдік мерзімі кесімде 12 ай
15	Айна гинекологиялық қосжармағы.	дана	6	7299,00	43794,00	Жалпақ ұзындығы-106 мм ± 5 мм, жұмыс бөлігі ойық, ұзындығы-95 мм ± 3 мм, ені-25 мм ± 1 мм, қапталының тереңдігі-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қысқыштардың оранштарын бекітетін бұралмағы мекеніменмен жабдықталуы керек. Материал: жоғары деңгейдегі тоғ баспалықтан болат.

16	Айна гигиенологиялық, косметологиялық	дана	40	7299,00	291960,00	Табалау дәсерлік нақыштау әдіспен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
17	Каннозмен аспирацияға арналған жатырдың қорсеткесы	дана	10	30240,00	302400,00	Жалпы ұзындығы-115 мм ± 5 мм, жұмыс бөлiтi ойық, ұзындығы-100 мм ± 3 мм, еңi-30 мм ± 1 мм, қапталдың тереңдiгi-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қапталдардың орындалуы бөкетiнiң бұралалы мекендеумен жабдықталуы керек. Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
18	Каннозмен аспирацияға арналған жатырдың қорсеткесы	дана	10	30240,00	302400,00	Жұмыс бөлiтi түзу, диаметрі - 8-0,1 мм түтік түрiнде болуы керек. диспетальды бөлiтiнде арнайы саңылаулардың болуы кесiмде 3-дана. канноза аспираторiнiң параметрлерi: ұзындығы-31-0,1 мм, негiзгiтi диаметрі - 11±0,2 мм. құралдың жалпы ұзындығын кесiмде 235 мм және 245 мм артық емес. Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
19	Қысқыштар	дана	5	16740,00	83700,00	Қысқыштар, жалпы ұзындығы-255 мм ± 5 мм. браштар түзу, ұзындығы 87 мм ± 2 мм, көзденен ойығы 30,5 мм ± 1 мм және диспетальды бөлiтiнде бойлық ойығы бар. Диспетальды бөлiктiң еңi бранш жабық күйде-6 мм ± 0,5 мм,бранш ұштарының қалыңдығы - 3,5 мм ± 0,5 мм, құрдыл бөлiтi: еңi - 10,25 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы - 6,2 мм ± 0,2 мм, кремальердiң болуы 444 тiс. Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
20	Қысқыштар	дана	5	16740,00	83700,00	Қысқыштары нысана болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, құрал осiнен тiтiнен ауытқуы 19,5±1 мм,составды пішіндi жұмыс бөлiтi ұзындығы 22±1 мм, шай бөтiнде гайдар тәрiздi ойық болуы керек, жабылу кесiмде ұштарының қалыңдығы 5,5±0,5 мм, құралдың еңi бөлiгiнен бйланасы ақырламас болуы керек. Қосылу орындалаты еңi 10,3-0,5 мм, қалыңдығы 6-0,5 мм, болуы кремальерлер. Түтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кесiмде 255 мм және 265 мм артық емес.Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
21	Қысқыштар	дана	10	25200,00	252000,00	Аушперлiк түзу қысқыштар, жұмыс бөлiктерi еңi 14±1 мм,составы, ұзындығы 25±1 мм, көзденен ойығы бар, еңi 4,8-0,5 мм,состав тереңде, жұмыс ұзындығы 87±2 мм,еңi бөлiктiң түйiсi бiр-бiрiнен ажырамаc, еңi 10-0,5 мм, қалыңдығы 5,3-0,5 мм болуы керек, түтқалары кремальерлер сақиналы. Жалпы ұзындығы 255 мм-ден кем емес және 265 мм-ден аспайды.Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
22	Қайшы	дана	5	12780,00	63900,00	Жiңiшке операциялық қайшылар түзу, найза тәрiздi ұшты, түйiсу орыснан ұшына дейiнгi жұмыс бөлiгiнiң ұзындығы 25±2 мм болуы керек.құралдың еңi бөлiгiнiң түйiсi бұралалы болуы керек, түйiсу орыснанын еңi 5-0,5 мм, қалыңдығы 3-±0,5 мм, түтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығын кесiмде 108 мм және 112 мм артық емес.Материал: жоғары дегiрленген тот баспайтын болат. Табылау дәсерлiк нақышты әдiсмен орындалуы және өндiрушi, өнiмнiң каталог нөмiрi, жеке партия нөмiрi туралы ақпаратты қағуғы тиiс. Құралда орыс және қазақ тiлдерiнде нұсқаулық болуы тиiс. Көпiздiк мерзiмi кесiмде 12 ай.
23	Қысқыштар	дана	6	16740,00	100440,00	Тағыш материалды мен тампопдарға арналған қысқыштар. Жалпы ұзындығы-235 мм ± 5 мм. Браштар түзу, ұзындығы 75 мм ± 3 мм, көзденен ойығы. Ұзындығы 26 мм ± 1 мм және диспетальды бөлiтiнде бойлық ойығы бар. Диспетальды бөлiктiң еңi бранш жабық күйде-5 мм ± 0,5 мм, бранш ұштарының қалыңдығы-3,0 мм ± 0,5 мм, құрдыл бөлiтi: еңi-9-50 мм ± 0,5 мм,

					отклонение от оси инструмента по вертикали 17±1 мм. Рабочая часть овальной формы длиной 16±1 мм, шириной 5±1 мм, на внутренней поверхности должна быть поперечная насечка. Соединение двух частей инструмента должно быть неразъемным. Наличие кремальеры. Рукоятки должны быть кожаными. Общая длина инструмента не менее 225 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструмента на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	
25	Зажим	штука	6	12600,00	75600,00	Зажим артерийный, должен быть прямым, рабочие бранши с мелкочубчатой насечкой длиной 19±1 мм, ширина кончиков в сочлененном состоянии должна быть 1,5±0,2 мм, толщина 2±0,2 мм. Соединение должно быть неразъемным, толщина в месте соединения 3,8±0,3 мм. Рукоятки должны быть кожаными с кремальерой. Общая длина инструмента не менее 120 мм и не более 130 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструмента на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
26	Щипцы	штука	10	26640,00	266400,00	Щипцы акушерские прямые, рабочие части окончательные охватные шириной 11,8±1 мм, с поперечной насечкой на длину 25±1 мм. Охватное окошко шириной 4,8±0,5 мм. Рабочая длина 87±2 мм. Соединение двух частей должно быть неразъемным, шириной 10±0,5 мм, толщина 5,3±0,5 мм. Рукоятки кожаные без кремальеры. Общая длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструмента на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.
Итого:				7 124 734,00		

- Сроки и условия поставки:
Товар должен быть доставлен: 110000, РК, г. Костанай, ул. Деряжковского, 9.
- Требуемый срок поставки: По заявке заказчика в течение 10 календарных дней.
- Порядок и источник передачи тендерной документации:
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 мин. «31» мая 2023г. включительно по адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Деряжковского, 9, административный корпус, экономический отдел, время работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут или по электронной почте по адресу: kozdrov@med.kz или скачать на сайте <http://cda.kz/cda>
- Место представления (присла) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок:
Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 мин. «31» мая 2023г. включительно по адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Деряжковского, 9, административный корпус, экономический отдел.
- Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 мин. «31» мая 2023г. по следующему адресу: 110010, РК, г. Костанай, ул. Деряжковского, 9, административный корпус, экономический отдел.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7142) 53-48-87.

Заведующий операционным блоком

Шустиков А.В.

И.о. заведующего психологического отделения

Онижанов В.Ш.

И.о. главного врача

Уалиев Б.Д.

