

«Қостанай қалалық ауруханасы» КМК

КГП «Қостанайская городская больница»

ХАТТАМА

24 мая 2019г.

Экспертное заключение по соответствию предлагаемых потенциальными поставщиками медицинской техники требованиям тендерной документации.

Председатель заседания – Джусупбеков Х.К., зав. опер.блока

Члены комиссии:

Камалова Н.Н.-врач-лаборант

Ахмадиев М.Б.-н.о. зав.хирургическим отд.

Секретарь – Шаповалова И.В.,главная медсестра

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о технических спецификации по лоту № 1-светильник операционный.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Джусупбеков Х.К.-доклад: анализ технической спецификации на лоту № 1-светильник операционный.

Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №1 на светильник операционный ТОО "ЖасНоваМед", ТОО «МедНурПлюс» экспертная комиссия делает заключение - техническая комплектация полностью соответствует заявленным характеристикам.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принято единогласно.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Председатель заседания  Джусупбеков Х.К.

Члены комиссии:

 Камалова Н.Н.

 Ахмадиев М.Б.

Секретарь

 Шаповалова И.В.

2. Рассмотрение вопроса о технических спецификации по лоту № 2-стол операционный

ВЫСТУПИЛИ:

Джусупбеков Х.К..- доклад: анализ технической спецификации на лоту № 2-стол
операционный.

Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №2 на стол операционный ТОО "ЖасНоваМед", ТОО «МедНурПлюс» экспертная комиссия делает заключение - техническая комплектация полностью соответствует заявленным характеристикам.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принято единогласно.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Председатель заседания Джусупбеков Х.К.

Члены комиссии: _____ Камалова Н.Н.
_____ Ахматиев М.Б.

Секретарь  Шаповалова И.В.

3. Рассмотрение вопроса о технических спецификации по лоту № 3-микроскоп лабораторный медицинский

ВЫСТУПИЛИ:

Камалова Н.Н.-доклад: анализ технической спецификации на лоту № 3-микроскоп лабораторный медицинский.

Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №3 на микроскоп лабораторный медицинский. ТОО "ЖасНоваМед", ТОО «МедНурПлюс» экспертная комиссия делает заключение - техническая комплектация полностью соответствует заявленным характеристикам.

Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №3 на микроскоп лабораторный медицинский. ТОО «MicroSolutions» экспертная комиссия делает заключение - техническая комплектация не полностью соответствует заявленным характеристикам.

-несоответствие - рабочее расстояние менее 0.45 мм

-несоответствие-межзрачкового расстояния в диапазоне от 54 -75 мм

-несоответствие- потребляемая мощность менее 70 ВА.

-несоответствие-отсутствие требования к условиям эксплуатации


ПОСТАНОВИЛИ:

Принято единогласно.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Председатель заседания Х.К. Джусупбеков Джусупбеков Х.К.

Члены комиссии: _____ Камалова Н.Н.
Ахмадиев М.Б.

Секретарь  Шаповалова И.В.