



Техническая спецификация на закуп медицинских изделий для КДЛ

№ Лота	Наименование	Техническое описание	Срок поставки
1	<p>Аноскоп к беспроводному у доплерооперационному у комплексу Tg100y для операций HAL-RAR. (50 штук)</p>	<p>Зонд с ассиметричным дизайном для постепенного высвобождения слизистой к устройству Tg100y для операций HAL-RAR, с импульсной доплеровской ультразвуковой системой, предназначенной для применения в сфере обнаружения геморроидальной артерии, ручного лигирования этих артерий, а затем, при необходимости, для проведения мукопексии геморроидального пролапса.</p> <p>Устройство для операций Tg100y HAL-RAR должно быть предназначено для использования стационарных, а также в амбулаторных условиях с операционным блоком.</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение геморроидальных артерий • лигирование геморроидальных артерий • мукопексия геморроидального пролапса <p>Аноскоп должен иметь встроенный доплеровский ультразвуковой датчик, позволяющий обнаруживать геморроидальные артерии.</p> <p>Аноскоп должен состоять из двух частей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. зонд с ультразвуковым датчиком; 2. внешний съемный рукав с фиксирующими элементами. <p>Аноскоп должен быть стерильным, одноразовым.</p> <p>Внешний диаметр зонда – не более 30 мм (диаметр фланца: не более 60 мм);</p> <p>Внутренний диаметр зонда – не менее 26 мм;</p> <p>Длина зонда – не более 100 мм;</p> <p>Внешний диаметр рукава – не более 33 мм;</p> <p>Внутренний диаметр рукава – не менее 30 мм;</p> <p>Длина рукава – не более 122 мм</p>	<p>По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней.</p>

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами в течении 15 календарных дней после получения заявки заказчика 2021 году.