

Қостанай облысы әкімдігінде
денсаулық сақтау басқармасының
«Қостанай қалалық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

ХАТТАМА

«28» июня 2019 г.

11:00 часов

Қостанай қаласы

Коммунальное государственное предприятие
«Костанайская городская больница»
управления здравоохранения
акимата Костанайской области

ПРОТОКОЛ

№ 4

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов
тендера по закупку медицинской техники.**

Тендерная комиссия в следующем составе:

Бапанов Женисбек Нуржигитович – председатель тендерной комиссии, И.о главного врача КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Испамбетов Қайрат Беишханович – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Члены тендерной комиссии:

Турлубеков Валихан Салимович –начальник хозяйственного отдела КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Зиновьева Ирина Михайловна – экономист КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Третьяков Сергей Владимирович – юристконсульт КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Секретарь тендерной комиссии:

Сексембаева Салтанат Гириатовна –экономиста по государственным закупкам.

28 июня 2019 года в 11.00 ч. в КТП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Дзержинского, 9, кабинете и.о. главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупку медицинской техники комиссией были подведены итоги по закупке медицинской техники:

- лот №1 - Аппарат ЭКГ диагностический в количестве 2 ед., цена за единицу 900 000 (девятьсот тысяч) тенге на общую сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге;
- лот №2 - Кровать функциональная реабилитационная в количестве 6 ед., цена за единицу 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге на общую сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА Мед Астана» г. Астана, Жубанова, 23/1 кабинет 302
 - лот №2 – Кровать медицинская в количестве 6 ед. цена за ед. 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) тенге на общую сумму 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге.
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖасНоваМед» г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр 4, дом 312, кв 10.
 - лот №1 - Аппарат ЭКГ диагностический в количестве 2 ед., цена за единицу 896 500 (восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) тенге на общую сумму 1 793 000 (один миллион семьсот девяносто три) тенге;
 - лот №2 - Кровать функциональная реабилитационная в количестве 6 ед., цена за единицу, 2 498 000 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) тенге на общую сумму 14 988 000 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь) тенге;
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «МедНурПлюс» г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Коктем 1, дом 2, кв 48.
 - лот №1 - Аппарат ЭКГ диагностический в количестве 2 ед., цена за единицу 900 000 (девятьсот тысяч) тенге на общую сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге;
 - лот №2 - Кровать функциональная реабилитационная в количестве 6 ед., цена за единицу 2 498 100 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто) тенге на общую сумму 14 988 600 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге;



Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лоту №1 - Аппарат ЭКГ диагностический в количестве 2 ед

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	Бапанов Женисбек Нуржигитович- председатель тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
Исламбетов Кайрат Беишхановичзаместитель председателя тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
Турлыбеков Валихан Салимович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
Зиновьева Ирина Михайловна- член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
Третьяков Сергей Владимирович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
2	ТОО "МедНурПлюс"			
Бапанов Женисбек Нуржигитович- председатель тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
Исламбетов Кайрат Беишхановичзаместитель председателя тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
Турлыбеков Валихан Салимович-член	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		

	тендерной комиссии				
	Зиновьева Ирина Михайловна-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
	Третьяков Сергей Владимирович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		
	Бапанов Женисбек Нуржигитович-председатель тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации		

Дот №2 - Кровать функциональная реанимационная в количестве 6 ед.,

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	ТОО "САПА Мед Астана"			
	Бапанов Женисбек Нуржигитович-председатель тендерной комиссии	Не допущен	Не соответствует требованиям тендерной документации и правил	<p>В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп. 12) пункта 33 тендерной документации. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации. 1.заявлен материал секций - металл, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве, не менее 8 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции;</p> <p>2.не указана высота боковых ограждений, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что высота боковых ограждений должна быть не менее 375 мм;</p> <p>3.не указано расстояние между боковыми ограждениями, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что расстояние между боковыми ограждениями должно быть не более 40 мм.;</p> <p>4.заявлен диаметр роликов 12,5 см, без звуконого оповещения разблокировки колес, тогда как утвержденной</p>
	Испамбетов Кайрат Бешіхановичзаместитель председателя тендерной комиссии	Не допущен	Не соответствует требованиям тендерной документации и правил	
	Турлыбеков Валихан Салимович-член тендерной комиссии	Не допущен	Не соответствует требованиям тендерной документации и правил	
	Зиновьева Ирина Михайловна-член тендерной комиссии	Не допущен	Не соответствует требованиям тендерной документации и правил	
	Третьяков Сергей Владимирович-член тендерной комиссии	Не допущен	Не соответствует требованиям тендерной документации и правил	

			<p>технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что рама кровати должна быть установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диаметром не менее 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колес с не менее чем 2-х углов кровати и функцией предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией;</p> <p>5. заявлено нижнее положение кровати 46,5 см., тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что минимальное нижнее положение должно быть не более 395 мм;</p> <p>6. заявлен максимальный угол подъема изголовья 65°, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что регулировка секции спины в пределах, не хуже 0° - 70°;</p> <p>7. заявлен максимальный угол наклона коленной секции 25°, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что регулировка тазобедренной секции в пределах, не хуже 0° - 30°;</p> <p>8. не указана функция увеличения длины ложа, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что для использования пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 150 мм.;</p> <p>9. не указано наличие встроенной аккумуляторной батареи, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцию отключения аккумулятора для хранения кровати;</p> <p>10. не указана возможность доукомплектования 5-м колесом и 2-мя дополнительными секциями боковых ограждений для закрытия матрасного ложа кровати;</p> <p>11. заявлена безопасная рабочая нагрузка 204 кг, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что максимальная допустимая рабочая нагрузка должна быть, не менее 250 кг.;</p> <p>12. заявлена высота проема под кроватью 14,5 см., тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, подтездной провет должен быть, не менее 185 мм.</p> <p>13. не заявлен вес пациента, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что максимальный вес пациента должен быть, не менее 185 кг.;</p> <p>14. не указан кабель яркого цвета для предотвращения случайного вырывания из розетки и крепления к кровати;</p> <p>15. не указана возможность подключения через</p>
--	--	--	---



					<p>равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату;</p> <p>16. в дополнительных комплектующих не заявлены рельсы для принадлежностей, полка выдвижная для постельного белья, тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено наличие рельса для принадлежностей в количестве 2 шт, а также наличие полки выдвижной для постельного белья 1 шт.;</p> <p>17. заявлен размер матраса 200*80*12 см., тогда как утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено размер матраса не менее 200х90х14 см.</p> <p>18. согласно представленной потенциальным поставщиком технической спецификации в условиях гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц отсутствует условие о проведении планового технического обслуживания которое должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Однако утвержденной технической спецификацией к тендерной документации предусмотрено, что плановое техническое обслуживание должно производиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>В соответствии с пп. 17) пункта 81 Правил и согласно пп.16) пункта 33 тендерной документации, ввиду того, что техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением:</p> <p>1. Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация кровати где в дополнительных комплектующих на матрасе указаны его размеры - 200*80*12 см. Однако согласно представленному регистрационному удостоверению кровати, в комплектность входит противопролежневый матрас размерами 198 см х 90 см х 14 см и 203,2 см х 90,2 см х 15,2 см.</p>
ТОО "ЖасНауаМед"					
2	<p>Бапанов Женисбек Нуржигитович-председатель тендерной комиссии</p> <p>Истамбетов Кайрат Бейшханович-заместитель председателя тендерной комиссии</p> <p>Турлыбеков Валихан Салимович-член тендерной комиссии</p> <p>Зиновьева Ирина Михайловна-</p>	<p>Допущен</p> <p>Допущен</p> <p>Допущен</p> <p>Допущен</p>	<p>соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p> <p>соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p> <p>соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p> <p>соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>		

	член тендерной комиссии		требованиям и требованиям тендерной документации	
	Третьяков Сергей Владимирович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
3	ТОО "МедНурПлюс"			
	Батанов Женисбек Нуржигитович-председатель тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Истамбетов Кайрат Бейшихановичзаместитель председателя тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Турлыбеков Валихан Салимович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Зиновьева Ирина Михайловна-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Третьяков Сергей Владимирович-член тендерной комиссии	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:

- в соответствии с пунктом 85 Правил- Признать победителем Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖасНоваМед» г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр 4, дом 312, кв 10.

- лот №1 - Аппарат ЭКГ диагностический в количестве 2 ед., цена за единицу 896 500 (восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) тенге на общую сумму 1 793 000 (один миллион семьсот девяносто три тысячи) тенге;
- лот №2 - Кровать функциональная реанимационная в количестве 6 ед., цена за единицу., 2 498 000 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) тенге на общую сумму 14 988 000 (четырнадцать миллионов девяносто восемь тысяч) тенге;

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голосов.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Для рассмотрения тендерных заявок была создана экспертная комиссия (приказ № 128-п от 07.03.2019 года) по результатам экспертной комиссии был составлен протокол и заключение экспертной комиссии. Экспертное заключение прилагается к настоящему протоколу.

Председатель тендерной комиссии:



Бапанов Ж.Н.

Заместитель председателя тендерной комиссии:



Испамбетов К.Б.

Члены тендерной комиссии:



Турлубеков В.С.



Зиновьева И.М.

Третьяков С.В.

Сексембаева С.Г.

Секретарь тендерной комиссии: