

Қостанай облысы әкімдігінің
денсаулық сақтау басқармасының
«Қостанай қалалық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

ХАТТАМА
«05» апреля 2018 г.
11:00 часов

Қостанай қаласы

Коммунальное государственное предприятие
«Костанайская городская больница»
управления здравоохранения
акимата Костанайской области

ПРОТОКОЛ
№ 2

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов
тендера по закупу медицинской техники.**

Тендерная комиссия в следующем составе:

Шуменбаев С.К. – председатель тендерной комиссии, главный врач КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее-больница);

Войтов И.Н. – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача больницы по лечебной работе.

Члены тендерной комиссии:

Третьяков С.В. – юрисконсульт;

Спанов М.Д. – заместитель главного врача больницы по экономическим вопросам;

Чепрасов С.А. – инженер по охране труда и технике безопасности больницы.

Секретарь тендерной комиссии:

Раимбеков М.К. – экономист по финансовой работе больницы.

05 апреля 2018 года в 11.00 ч. в КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Дзержинского, 9, кабинет главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупу медицинской техники комиссией были подведены итоги по закупу медицинской техники:

1. 1 лот – Монитор прикроватный в количестве 2 ед.;
2. Сумма, выделенная для закупа – 1 лот – 9 933 678 (девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот семьдесят восемь) тенге
3. Тендерную заявку на участие в тендере представил следующий потенциальный поставщик:
 - 3.1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Мед Астана" (г.Астана, переулок А.Кайгы-Г.Караш, ЖК «Территория комфорта 2»):
 - Лот №1 – Монитор прикроватный в количестве 2 ед. – 6 723 200 (шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи двести) тенге.
 - 3.2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Медикал сервис KZ" (г.Костанай, Алтынсарина, 153):
 - Лот №1 – Монитор прикроватный в количестве 2 ед. – 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) тенге.
4. Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лот №1 – Монитор прикроватный в количестве 2 ед.


№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1				ТОО «Сапа Мед Астана»
	Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канапьянович	Отклонен	Не соответствует требованиям тендерной документации	1. В соответствии с пп. 12) пункта 81 Правил и согласно пп.12) пункта 33 тендерной документации. представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации и Правилам в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно: в предлагаемом, ТОО «САПА Мед Астана» по лоту №1 «Монитор прикроватный в количестве 2 ед.».

Заместитель тендерной комиссии- Войтов Игорь Николаевич	Отклонен	Не соответствует требованиям тендерной документации	выявлено несоответствие по заявленным требованиям тендерной документации, а именно: Не соответствие: - мультипараметрических коннекторов SmartCable позволяет использовать универсальные разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика- нет; - Влияние на точность измерений электрохирургического аппарата/дефибриллятора/электростатического разряда Прикроватный монитор возвращается к предыдущему режиму работы в течение 10 сек без потери сохраненных данных- нет данных; - концентрация N2O (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), концентрация O2 (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), концентрация анестетика (Галотан, Изофлюран, Энфлюран, Севофлюран, Десфлюран) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков)- нет информации; - поток (Raw) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков)- нет информации; - Скорость развертки респирации: 1,56, 6,25, 12,5 либо 25 мм/с- нет информации; - Коэффициент пропорции (Отношение чувствительности дисплея ЭКГ к скорости развертки):Стандартный: 0,4 с/мВ- нет информации; - Диапазон настройки: От 0,05 до 6,4 с/мВ- нет информации; - Время задержки отображения: Режим ДИАГН и МОНИТОР: ≤ 250 мсек; Режим МАКСИМУМ: ≤ 1 сек- нет информации; - Тревоги аритмии: АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ,НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ранние ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ,ТРИГЕМИНИЯ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, УДЛИНЕННЫЙ ЧД, Нет ИмпВРитма- нет информации; - Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т. д.- нет информации; - Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение.Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. (Характеристики в стандарте ЭМС)- нет информации; - Громкость тревоги: Диапазон тревоги: От 45 до 85 дБ (А) (Требование IEC 60601-2-49: 2001) (на 1 м перед монитором) Приоритет громкости: Угроза ≥ Внимание ≥ Уведомление- нет информации; - Кабель на 10-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 — V6- нет; - Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен до 400 Ws/DC 5 кВт Совместимость с IEC 60601-2-27 17.101- нет информации; - Устойчивость электродов к напряжению потенциального смещения: ≥ ±500 мВ- нет информации; - Входной динамический диапазон: ≥ ±5 мВ- нет информации; - Внутренняя помеха:≤ 30 μVp-p (относительно входа)- нет информации; - Подавление помех: Коэффициент подавления в общем режиме: ≥ 95 дБ- нет информации; - Входной ток смещения: ≤ 100 нА- нет информации; - Частотная характеристика: Режим ДИАГН: 0,05 - 150 Гц (-3 дБ) Режим МОНИТОР: 0,3 - 40 Гц (-3 дБ) Режим МАКСИМУМ: 1 - 18 Гц (-3 дБ)- нет информации; - Защита от электрохирургического оборудования: наличие- нет информации;
---	----------	---	--

				- Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек- нет информации; - Расшифровка 12 отведений ЭКГ: Доступно при мониторинге 12 отведений- нет; - Регулировка чувствительности: $\times 1/4$, $\times 1/2$, $\times 1$, $\times 2$, $\times 4$, либо АВТО- нет информации; - Чувствительность регистрации: 10 мм/мВ $\pm 5\%$ (как и чувствительность дисплея)- нет информации; - Подсчет ЧСС: Метод вычисления: Скользящая средняя/Мгновенный от удара к удару Детекция QRS (при чувствительности $\times 1$): Взрослый: Ширина: 70 - 120 мс Амплитуда: $\geq 0,5$ мВ, частота: 30 - 200 уд/мин- нет информации; - Время задержки синхрометки ЧСС: В пределах 100 - 200 мсек (при определении QRS)- нет информации; - Способность режекции высокой Т- волны Усреднение ЧСС: Рассчитывается по последним 4 - 12 ударам- нет информации; - Способность режекции импульсов кардиостимулятора при быстрых сигналах ЭКГ- нет информации; - Диапазон измерения ЧСС 15 - 300 уд/мин Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 15 до 299 уд/мин с шагом 1 уд/мин- нет информации; - Элементы тревоги: ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ- нет информации; - Тревога аритмии: Диапазон верхней границы: ВЫКЛ, от 1 до 99 ЖЭ/мин- нет информации; - Количество файлов отчетов об аритмии: 8192 (24 часа) Время хранения на файл: 8 сек.- нет информации; - Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с 3-электродов: 1 каналов с 6-электродов: 8 каналов с 10-электродов: 12 каналов Диапазон измерения уровня ST: $\pm 2,5$ мВ Количество файлов отчета об ST: 1440 файлов Точка измерения: выставляется вручную- нет информации; - Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек- нет информации; - Точность измерений: ± 1 мм рт.ст. ± 1 разряд (-50 мм рт.ст. $\leq$ ИАД < 100 мм рт.ст.) $\pm 1\%$ ± 1 разряд (100 мм рт.ст. $\leq$ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.)- нет информации; - Температурный сдвиг: $\pm 0,1$ мм рт.ст./1°C- нет информации; - Частотная характеристика: Пост. ток на 12 Гц либо 20 Гц (на выбор)- нет информации; - Звук синхронизации АД: Систolicеское значение 20-120 мм рт.ст., изменяется в 20 шагов каждые 5 мм рт.ст.- нет информации; - Частота пульса Диапазон расчета: 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): ± 2 уд/мин (30 уд/мин $\leq$ ЧП ≤ 300 уд/мин)- нет полной информации; - Диоксид углерода, CO₂ (метод основного потока) Программа предустановлена в меню Метод расчета Полуколичественный Количественный Диапазон измерений CO₂: 0 - 100 мм рт. ст. Время нагрева: 5 сек Диапазон подсчета частоты дыхания: 3 - 150 ед/мин- нет полной информации; - Сердечный выброс, СВ Метод измерения: Термодилуционный метод Параметры измерений: Сердечный выброс (СВ), температура инжектата (Тинж), температура крови (Ткрови), дельта Ткрови Число каналов: 1 Диапазон измерений: Температура инжектата (Тинж): От 0°C до 27°C (от 32 до 81°F) Температура крови (Ткрови): От 15°C до 45°C (от 59 до 113°F) Термодилуционная кривая (дельта Ткрови): От 0°C до $2,5^\circ\text{C}$ (от 32 до 37°F) Сердечный выброс (СВ): 0,5 - 20 л/мин Точность измерений: Тинж: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (0°C — 27°C) Ткрови: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ($25^\circ\text{C} \leq \text{ТЕМП} \leq 45^\circ\text{C}$) $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (15°C
--	--	--	--	--

Сингв. 







				$\leq \text{ТЕМП} \leq 25^{\circ}\text{C}$) СВ: $\pm 5\%$ Диапазон впрыска инжктата: 3, 5, 10 мл Цикл обновления отображения: Обновляется при каждом измерении- нет; -Выход RGB Возможность- нет информации; - Срок годности батареи 1год или 200 циклов зарядки разрядки- нет информации; - Постоянное напряжение: 9,6 V Ток зарядки: 360 мА ± 50 мА (нормальное использование) Время зарядки: Во время мониторинга: 10 часов Вне мониторинга: 2 часов- нет информации; - Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги- нет информации; - Электродное отведение, для 3-х электродов- нет;
--	--	--	--	--

Секрет

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

	Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствует требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Чепрасов Сергей Александрович	Отклонен	Не соответствует требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии-Спанов Марат Дуйсекеевич	Отклонен	Не соответствует требованиям тендерной документации	

2	ТОО «Медикал сервис KZ»			
	Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канапьянович	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Заместитель тендерной комиссии- Войтов Игорь Николаевич	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Чепрасов Сергей Александрович	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Спанов Марат Дуйсекеевич	Допущен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	







5.Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок в соответствии с подпунктом 3) пункта 84 Правил РЕШИЛА:
- Признать закуп медицинской техники по лоту №1 «Монитор прикроватный в количестве 2 ед.» несостоявшимся в связи с тем, что допущен один потенциальный поставщик.

За данное решение проголосовали:
ЗА – 5 голосов.
Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

8. Для рассмотрения тендерных заявок была создана экспертная комиссия (приказ № 122-п от 03.03.2018 года) по результатам экспертной комиссии был составлен протокол и заключение экспертной комиссии. Экспертное заключение прилагается к настоящему протоколу.

Председатель тендерной комиссии:



Шуменбаев С.К.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Войтов И.Н.

Члены тендерной комиссии:

Третьяков С.В.

Спанов М.Д.

Чепрасов С.А.

Секретарь тендерной комиссии:

Раимбеков М.К.