

ХАТГАМА  
«12» мая 2016 г.  
10:00 часов

ПРОТОКОЛ  
№ 2

Қостанай қаласы

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов  
тендера по закупу медицинской техники.**

Тендерная комиссия в следующем составе:

Шуменбаев С.К. – председатель тендерной комиссии, главный врач КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее-больница);

Войтов И.Н. – заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного врача больницы по лечебной работе.

Члены тендерной комиссии:

Третьяков С.В. – юристконсульт;

Спанов М.Д. – заместитель главного врача больницы по экономическим вопросам;

Чепрасов С.А. – инженер по охране труда и технике безопасности больницы.

Секретарь тендерной комиссии:

Раимбеков М.К. – экономист по финансовой работе больницы.

12 мая 2017 года в 10.00 ч. в КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Держинского, 9, кабинет главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупу медицинской техники комиссией были подведены итоги по закупу медицинской техники:

1. Лот №1 – Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций;

Лот №2 – Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом.

2. Сумма, выделенная для закупа – 1 лот – 39 103 849 (тридцать девять миллионов сто три тысячи восемьсот сорок девять) тенге;

2 лот – 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) тенге.

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

3.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Мед Астана" (г.Астана, переулок А.Кайгы-Г.Караш, ЖК «Территория комфорта 2»):

- Лот №1 «Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций» цена за единицу – 35 820 000 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге;

3.2. Товарищество с ограниченной ответственностью "Медикал сервис KZ" (г.Костанай, Уральская, 14):

- Лот №1 «Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций» цена за единицу – 39 000 000 (тридцать девять миллионов) тенге;

- Лот №2 «Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом» цена за единицу – 27 900 000 (двадцать семь миллионов девятьсот тысяч) тенге.

4. Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лот №1 «Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций»

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	<b>ТОО «Сапа Мед Астана»</b>			
	Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канапьянович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с пп. 12) пункта 79 Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,

	Заместитель тендерной комиссии- Войтов Игорь Николаевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
	Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	обязательного социального медицинского страхования» от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила), а также пп.12) пункта 34 тендерной документации. Представлена техническая спецификация не соответствующая требованиям тендерной документации и Правилам, а именно: в
	Член тендерной комиссии- Чепрасов Сергей Александрович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	технической спецификации, приложенной к тендерной заявке указано, что: «Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ ТОО «САПА Мед Астана», сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ 24 месяцев...»,
	Член тендерной комиссии-Спанов Марат Дуйсекеевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>а также «Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта составляет 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию...». Аналогичные условия указаны в предлагаемых сопутствующих услугах от 28 апреля 2017 года, где отражено, что: «Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта составляет 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию...» и «Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ ТОО «САПА Мед Астана», сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ 24 месяцев.».</p> <p>Технической спецификацией (приложение 3 к тендерной документации) предусмотрено, что гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.</p> <p>Вместе с тем, представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники и изделий медицинского назначения, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует крышка для банки отсоса;</li> <li>-отсутствует бутылка для промывания раствора;</li> <li>- отсутствует крышка бутылки;</li> <li>-в комплекте медицинской тележки отсутствует центральная стойка с розетками 12 штук, не указан главный выключатель, не указаны количество полок и боковых рельсов;</li> <li>-канюли троакара – 5 шт. указаны диаметром 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрен диаметр 6 мм, рабочая длина 10,5 см.;</li> <li>-биполярные щипцы захватывающие – 1 шт. указаны длина 340 мм, Ø 5 мм, тогда как</li> </ul>

				<p>тендерной документацией предусмотрена длина 36 см.;</p> <p>-биполярные щипцы захватывающие – 1 шт. указаны длина 340 мм, Ø 5 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрена длина 36 см.;</p> <p>-монополярный электрод - 2 шт. указан Ø 5 мм. длина 330 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрена длина 36 см.;</p> <p>-эндоскопический Клип-Аппликатор - 1 шт., не указаны технические параметры;</p> <p>-узлопроталкиватель - 1 шт. указан диаметр Ø 4 мм, длина 330 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрен Ø 5 длина 36 см.;</p> <p>-ретрактор - 1 шт.указан 3-х лепестковый, тогда как тендерной документацией предусмотрен пятилепестковый;</p> <p>-инъекционная, пункционная игла - 1 шт. указан Ø 5 мм, длина 330 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрена длина 36 см.;</p> <p>-трубка для аспирации и ирригации - 1 шт. указан Ø 5 мм, длина 330 мм, тогда как тендерной документацией предусмотрена длина 36 см.</p> <p>В технической спецификации отсутствует масленка с маслом для смазки инструментов 50 мл.</p> <p>В технической спецификации представлен шовный инструмент Иглы Вереша - 2 шт. Ø 2,0 мм, длиной 120 и 150мм, тогда как тендерной документацией предусмотрен Ø 2,8 мм, длиной 170 мм.</p> <p>В соответствии с пп. 17) пункта 79 Правил и согласно пп.17) пункта 34 тендерной документации, как не соответствующий технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением. В дополнительных комплектующих технической спецификации указаны:</p> <p>-щипцы захватывающие – 1шт.: Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, атравматичные, с полыми <u>дошкообразными браншами</u>, с соединением для монополярной коагуляции, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø5 мм, длина 360 мм, Состоят из: рукоятка, внешняя трубка, рабочая вставка-щипцы;</p> <p>- щипцы захватывающие – 1шт.: Щипцы захватывающие, поворотные, изогнутые, с одной подвижной браншей, с <u>зубцами 2х3</u>, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, с соединением для монополярной коагуляции, Ø5 мм, длина 360 мм.;</p> <p>- щипцы захватывающие – 1шт.: Щипцы захватывающие, экстракционные, поворотные, с одной подвижной браншей, с <u>зубцами 2х3с</u> изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø10 мм, длина 360</p>
--	--	--	--	---

				мм.; Щипцы с ложко-образными браншами и зубцами 2x3 не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением.
2	<b>ТОО «Медикал сервис KZ»</b>			
Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канапьянович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	Не соответствует пп.2) пункта 14 Правил и пп.2) п. 27 тендерной документации - опыт работы потенциального поставщика ТОО «Медикал сервис KZ» на фармацевтическом рынке Республики Казахстан менее одного года (в сведениях о квалификации от 02.05.2017 года - поставка осуществлялась с 26.05.2016 года).	
Заместитель тендерной комиссии- Войтов Игорь Николаевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с пп.15) пункта 79 Правил и согласно пп.15) пункта 34 тендерной документации ввиду непредставления документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным главой 4 Правил. В дополнительных комплектующих технической спецификации представленной поставщиком:	
Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	- в пунктах 31, 32, 33 указаны щетки чистящие длиной 50 см, внешним диаметром 7, 11, 2.5 мм, однако отсутствует наличие регистрации. При этом отсутствие необходимости регистрации не подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения.	
Член тендерной комиссии- Чепрасов Сергей Александрович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В расходных материалах и изнашиваемых узлах технической спецификации: - в пунктах 1 и 2 указаны масленка и специальное смазочное средство для кранов, однако отсутствует наличие регистрации. При этом отсутствие необходимости регистрации не подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения.	
Член тендерной комиссии-Спанов Марат Дуйсекеевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с пп. 17) пункта 79 Правил и согласно пп.17) пункта 34 тендерной документации. В дополнительных комплектующих технической спецификации: - в пункте 11 указаны щипцы, диаметром 5 мм, длиной 36 см, где кроме прочего в технических характеристиках отражено, что «бранши ложкообразные, с многочисленными зубчиками», что не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением; - в пункте 13 указаны щипцы, диаметром 5 мм, длиной 36 см, где кроме прочего в технических характеристиках отражено, что «бранши «коготь», что не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением; - в пункте 14 указаны щипцы, диаметром 5	

				<p>мм, длиной 36 см, где кроме прочего в технических характеристиках отражено, что «<i>брании загнуты под прямым углом</i>», что не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением;</p> <p>- в пункте 23 указан аппликатор клипс, где кроме прочего в технических характеристиках отражен «<i>диаметр 10 мм</i>», что не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением;</p> <p>- в пункте 27 указан ретрактор, веерный, размером 5мм, длина 36см, где кроме прочего в технических характеристиках отражено «<i>пятилепестковый</i>», что не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной приложенным регистрационным удостоверением.</p>
--	--	--	--	--

**Лот №2 «Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом»**

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	ТОО «Медикал сервис KZ»			
	Председатель тендерной комиссии- Шуменбаев Самат Канапьянович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	Не соответствует пп.2) пункта 14 Правил и пп.2) п. 27 тендерной документации - опыт работы потенциального поставщика ТОО «Медикал сервис KZ» на фармацевтическом рынке Республики Казахстан менее одного года (в сведениях о квалификации от 02.05.2017 года - поставка осуществлялась с 26.05.2016 года).
	Заместитель тендерной комиссии- Войтов Игорь Николаевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Третьяков Сергей Владимирович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Чепрасов Сергей Александрович	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Спанов Марат Дуйсекеевич	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

6. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок в соответствии с пунктом 82 Правил РЕШИЛА:

- Признать закуп медицинской техники по лоту №1 «Видеокomплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций» несостоявшимся в связи с тем, что не допущен ни один потенциальный поставщик;

- Признать закуп медицинской техники по лоту №2 «Видеоинформационный центр в комплекте с гaстрoвидеоcкoпoм» несостоявшимся в связи с тем, что представлено менее двух тендерных заявок и не допущен ни один потенциальный поставщик.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голосов.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

8. Для рассмотрения тендерных заявок была создана экспертная комиссия (приказ № 158-п от 03.04.2017 года) по результатам экспертной комиссии был составлен протокол и заключение экспертной комиссии. Экспертное заключение прилагается к настоящему протоколу.

Председатель тендерной комиссии:



Шуменбаев С.К.

Заместитель председателя тендерной комиссии:



Войтов И.Н.

Члены тендерной комиссии:



Третьяков С.В.

Спанов М.Д.

Чепрасов С.А.

Секретарь тендерной комиссии:



Раимбеков М.К.