

**Протокол об итогах тендера закупе медицинского изделия (медицинской техники), для оказания медицинской помощи в соответствии с функциональным назначением и эксплуатационными характеристиками  
«Аппарат холтеровского суточного мониторирования ЭКГ и АД»**

г.Нур-Султан

17.00 часов 00 минут  
22 июля 2021 года

1. Тендерная комиссия в составе:

**Председатель:**

руководитель по лечебно-профилактической работе - Мерекенова Ж.А.

**Члены комиссии:**

Главная медсестра

Достаева Н.Д.

Заведующий отделение КДО №1

Каженова Э.С.

Врач КФД

Бапышева А.М.

**Секретарь комиссий:**

Аубакирова Г.Н.

рассмотрела заявки по закупкам медицинского изделия (медицинской техники), для оказания медицинской помощи в соответствии с функциональным назначением и эксплуатационными характеристиками «Аппарат холтеровского суточного мониторирования ЭКГ и АД»

2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) в тенге по каждому лоту отдельно:

№ лота	Наименование лота	Сумма, выделенная для закупа (тенге)	Объем	Место поставки	Срок и условия поставки
1	«Аппарат холтеровского суточного мониторирования ЭКГ и АД»	6 000 000-00	1	г.Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 28	90 календарных дней


2. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков
1	ТОО "ТриМедика"	г.Алматы, проспект Достык.105, офис 305
2	ТОО "SanMed Plus"	РК, г.Алматы, микрорайон Сайран, дом 14
3	ТОО "КРЕЙТ ЭлектронСервис"	г.Нур-Султан, район Байконыр, пер.У.Громовой,1

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: нет.

5. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Полная причина отклонения и № лота
1	ТОО "КРЕЙТ ЭлектронСервис"	Лот №1. Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствуют требованиям тендерной документации, а именно технической спецификаций. Заявленный аппарат потенциального поставщика «Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника - 07». Не соответствует: не указан объем сохранения ЭКГ (по технической спецификаций Заказчика до не менее 51 часов не менее 3 канала), разрешение ЭКГ (от 0,05до не менее 100 Гц), определение ЭКС (не менее 2-уровневый аппаратный детектор), пределы измерения АД (от не более 40 до не менее 200 уд./мин), чувствительность и частота актиграфии (не менее 10 Гц, менее чем 0,01г), также



	данные не хранятся на SD карте. Согласно тендерной документации заявлено 4 батарейки, но у представленного аппарата 1 батарейка.
--	--

6. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)
1	ТОО "ТриМедика"	1	5988000
2	ТОО "SanMed Plus"	1	5968000

7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшей заявку участника тендера:

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
1	ТОО "SanMed Plus"	1	5968000	Регистратор комбинированный Meditech для амбулаторного мониторинга артериального давления и ЭКГ по Холтеру cart(X)plote с датчиком движения, Венгрия

2) признать следующих участников тендера, предложение которых является вторыми после предложения победителя:

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
1	ТОО "ТриМедика"	1	5988000	Регистратор комбинированный Meditech Ltd, Венгрия

3) Заказчику Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 1" акимата города Нур-Султан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 28, в срок до «27» июля 2021 года заключить договор о закупках с ТОО "SanMed Plus";

4) Организатору закупок Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 1" акимата города Нур-Султан разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

ЗА –

**Председатель:**

руководитель по лечебно-профилактической работе

**Члены комиссии:**

Главная медсестра

Заведующий отделение КДО №1

Врач КФД

**Секретарь комиссий:**

Отсутствует - Юрист Мукушева А.К. отпуск приказ от 07.07.21г.№05-04/479ж;

Против - нет.

 Мерекенова Ж.А.

 Достаева Н.Д.

Каженова Э.С.

Бапышева А.М.

Аубакирова Г.Н.

\* - если при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок не был определен победитель или все заявки были отклонены)