Хабарландыруға №1 қосымша/Приложении №1, к объявлению.

Техникалықсипаттама/Техническая спецификация

№лота	Медициналық техниканың атауы /Наименование медицинской техники	Техникалық сипаттама /Техническая спецификация	Бірлігі/ ед.изм	Саны/кол-во
1	Ультрадыбыстық аппараттағы датчиктер жиынтығы-CUBE 15 2017 Корея өндірісі /Комплект датчиков на УЗИ аппарат E-CUBE 15 2017 год производство Корея	1. 1. Жоғары тығыздықтағы конвекс монокристалды сенсор. Қолдану салалары: абдоминальды аймақ, бүйректі зерттеу, акушерлік, ұрықтың жүрегі, гинекология, урология. Жиілік диапазоны: 1 - 6 МГц емес; Қисықтық радиусы: 60 мм артық емес; Көру бұрышы: бұршақ. кемінде 60; Сканерленетін учаскенің ені, 72,4 х 16,8 мм Элементтер саны: кемінде 192; датчиктің жабдыққа, оның ішінде қосқыштарға сәйкестігі. Биопсия жиынтығын пайдалану мүмкіндігі./ Датчик конвексный монокристаллический высокой плотности. Области применения: Абдоминальная область, исследование почек, акушерство, сердце плода, гинекология, урология. Диапазон частот: не уже 1 - 6 МГц; Радиус кривизны: не более 60 мм; Угол обзора: град. не менее 60; Ширина сканируемого участка, 72,4 х 16,8 мм Число элементов: не менее 192; Соотвествие датчика к оборудованию, в том числе разьёмы. Возможность использования биопсийного набора. 2. Жоғары тығыздықтағы сызықтық сенсор. Қолдану салалары: Экстракраниальды тамырлар, периферияльық тамырлар, беткі органдар мен құрылымдар, тірек-қимыл жүйесі және т. б. Жиілік диапазоны: 3-12 МГц емес;	комплект	1

		Сканерленетін учаскенің ені, 44.8 Х 7.8 мм Көру бұрышы, кемінде 38.4 мм Элементтер саны: кемінде 192; датчиктің жабдыққа, оның ішінде қосқыштарға сәйкестігі. Биопсия жиынтығын пайдалану мүмкіндігі./ Датчик линейный высокой плотности. Области применения: Экстракраниальные сосуды, периферические сосуды, поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечная система и т.д. Диапазон частот: не уже 3-12 МГц; Ширина сканируемого участка, 44.8 Х 7.8 мм Угол обзора, не менее 38.4 мм Число элементов: не менее 192; Соотвествие датчика к оборудованию, в том числе разьёмы. Возможность использования биопсийного набора. 3. Датчик матрицалық сектор фазаланған супер жоғары тығыздығы. Қолдану салалары: абдоминальды аймақ, кардиологиялық және қан тамырларын зерттеу, педиатрия, неонатология. Жиілік диапазоны: 1-5 МГц емес; Көру бұрышы, бұршақ, кем дегенде 90; Сканерленетін учаскенің ені 24,8 х 17,6 мм Элементтер саны: кемінде 96; датчиктің жабдыққа сәйкестігі, оның ішінде қосқыштар/Датчик матричный секторный фазированный супервысокой плотности. Области применения: Абдоминальная область, кардиологические и сосудистые исследования, педиатрия, неонатология. Диапазон частот: не уже 1-5 МГц; Угол обзора, град, не менее 90; Ширина сканируемого участка 24,8 х 17,6 мм Число элементов: не менее 96; Соотвествие датчика к оборудованию, в том числе разьёмы. Сейфуллин к-сі 28 мекенжайы бойынша E-CUBE 15 аппараты УДЗ-ға датчиктер жиынтығын жеткізу, сондай-ақ әрбір датчикті УДЗ аппаратына орнату және баптау.Датчиктер мен қосқыштардың E-CUBE 15 аппаратына УДЗ-ға сәйкестігін тексергеннен кейін беру қабылдау актісіне қол қою. Нұсқаулық орыс және қазақ тілдерінде.Жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде./Поставка комплектов датчиков на УЗИ аппарат E-CUBE 15 по адресу ул.Сейфуллина 28, а так же установка и настройка каждого датчика к аппарату УЗИ.Подписание акта приема передачи после проверки соответствия датчиков и разъёмов к УЗИ аппарату E-CUBE 15. Инструкция на русском и казахском языке.Срок поставки в течение 15 календарных дней.		

<u>Жеткізумерзімі:</u> Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жеткізуші жұмыс кезінде табылған барлық кемшіліктер мен ақауларды, соның ішінде өндірістіка қауларды өзесебінен жоюға міндетті.

<u>Срок поставки</u>: по заявке заказчика в течение 15 календарных дней..

Поставщик обязан устранить за свой счет все недостатки и дефекты, обнаруженные во время эксплуатации, в том числе производственные дефекты.