

ПРОТОКОЛ № 17

об итогах рассмотрения ценовых предложений по закупке «Аквадистиллятор электрический»

г. Нур-Султан

«15» октября 2019 года

11.00 часов

1. Организатор и Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1», г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина 28, провела закупки «Аквадистиллятор электрический» способом запроса ценовых предложений в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг».

Сумма, выделенная для закупки 520000-00 (Пятьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын).

№ лота	Наименование товара	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Общая сумма
1	«Аквадистиллятор электрический»	<p>Производительность при номинальном напряжении, $\text{дм}^3/\text{ч}$- $25 \pm 10\%$, Род тока- Переменный, Напряжение, В-380, Частота тока питающей сети, Гц-50, Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт - $15 \pm 10\%$, Расход воды на охлаждение и питание $\text{дм}^3/\text{ч}$, не более- 350, Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота-460 x 382*685, Габаритные размеры электрошита, мм</p> <p>в плане высота-217 x 169*98, Масса изделия, кг Масса изделия с упаковкой, кг-22,26, Удельный расход исходной воды на 1 дм^3 получаемой воды, дм^3, не более-25, Время установления рабочего режима, мин, не более-30, Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее-3000</p> <p>Наружные поверхности аквадистиллятора должны быть устойчивы к многократной дезинфекции в соответствии с МУ – 287–113 3 % – ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 %–ного моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 %–ным раствором хлорамина по ГОСТ 14193.</p> <p>2.3. Средний срок службы должен быть не менее 7 лет. За предельное состояние аквадистиллятора принимают такое состояние, при котором дальнейшее их использование недопустимо по условиям безопасности или восстановление их работоспособности невозможно без капитального ремонта.</p> <p>2.4.Средняя наработка аквадистиллятора на отказ составляет не менее 3500 часов условно непрерывной работы. Критерий</p>	шт	1	520000-00	520000-00

		<p>отказа – такое состояние аквадистиллятора, при котором имеет место хотя бы одно из следующих нарушений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение производительности аквадистиллятора свыше 25% от допустимого значения при нормальных условиях эксплуатации; - выход из строя устройства автоматического поддержания воды (уровнителя); - нарушение защиты от поражения электрическим током. <p>2.5. Поддержание воды, идущей на испарение и охлаждение – автоматическое.</p> <p>2.6. Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды – автоматическое.</p> <p>2.7. По электробезопасности аквадистиллятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025, класс защиты–I, степень защиты–II.</p> <p>В комплект поставки аквадистиллятора входят изделия и документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Аквадистиллятор электрический 1шт. 2) Электрощит 1шт. 3) Кран шаровой (вода) ½”, бабочка. 1шт. 4) Трубка медицинская резиновая типа 6 8 x1,5 или трубка медицинская ПВХ 8x2,0 длиной 0,5 м 1шт. 5) Руководство по эксплуатации 1шт. 				
--	--	---	--	--	--	--

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

- 1) ТОО «Dynamic Group», 110007, г.Костанай, ул.Амангельды,96 – 11.10.2019г., 11 час.50 мин;
- 2) ТОО «Live Asia», г.Нур-Султан, пр.Республики д.42, 3 этаж, офис,2 –11.10.2019 г., 14 час. 31 мин;
- 3) ТОО «Import MT», г.Нур-Султан, ул.Брусиловского 24/1 – 11.10.2019 г., 16 час. 30 мин;
- 4) ТОО «ОСТ-Фарм», г. Усть-Каминогорск, ул.Астана 16а -14.10.2019 г., 9 час. 35 мин.;

№ лота	Наименование	Кол-во	Цена за ед-цу	ТОО «Dynamic Group»	ТОО «Live Asia»	ТОО «Import MT»	ТОО «ОСТ-Фарм»	Минимальная цена
1	«Аквадистиллятор электрический»	1	520000-00	414093-00	375000-00	476000-00	388000-00	375000-00

3. Отклонить ценовое предложение - нет

4. По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем признан следующий потенциальный поставщик:

- по лоту № 1, победителем признан ТОО «Live Asia», на общую сумму 375000-00 (Триста семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын);

Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем необходимо представить в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1», г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина 28, документы в соответствии с пунктом 113 постановления Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг».

5. После представления документов и после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договор закупок «**Аквадистиллятор электрический**»:

по лоту № 1, ТОО «Live Asia», на общую сумму 375000-00 (Триста семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын);

6. При процедуре вскрытия присутствовали:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Представитель потенциального поставщика (Ф.И.О.)
1.	ТОО «Live Asia»	Тлеубаев И.Т.
2.	ТОО «ОСТ-Фарм»	Басик О.А.

9. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе.

Менеджер по государственным закупкам



Аубакирова Г.Н.