

## **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Аквадистиллятор электрический»**

Организатор и Заказчик закупок: **ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимата города Нур-Султан**, юридический и фактический адрес: г. Астана, ул. С.Сейфуллина, д. 28.

В соответствии с главой 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила) объявляет о проведении закупа **«Аквадистиллятор электрический»** (Приложение №1).

К запуску запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил.

**Срок поставки:** в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

**Место поставки:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфуллина, 28.

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями с 07 октября 2019 года с 8 час. 00 мин. по 14 октября 2019 года до 10 час. 00 мин.

Запечатанный конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни с 08-00 до 17 -00 часов (перерыв с 12.30 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Астана, ул. С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет.

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями – 14 октября 2019 года до 10 час. 00 мин.

Вскрытие конвертов будет произведено 14 октября 2019 года в 11-00 часов по местному времени по адресу: г.Астана, ул. С.Сейфуллина, д.28, в 202 кабинете.

Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара.

Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленных главой 4 Правил.

**Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении №1, к объявлению.**

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону:

8 (7172) 32-24-33, 32-63-60

**Приложение № 1**

№ лота	Наименование товара	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Общая сумма
1	«Аквадистиллятор электрический»	<p>Производительность при номинальном напряжении, <math>\text{дм}^3/\text{ч}</math>- <math>25 \pm 10\%</math>, Род тока-Переменный, Напряжение, В-380, Частота тока питающей сети, Гц-50, Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт - <math>15 \pm 10\%</math>, Расход воды на охлаждение и питание <math>\text{дм}^3/\text{ч}</math>, не более- 350, Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота-460 x 382*685, Габаритные размеры электрощита, мм в плане высота-217 x 169*98, Масса изделия, кг Масса изделия с упаковкой, кг-22,26, Удельный расход исходной воды на 1 <math>\text{дм}^3</math> получаемой воды, <math>\text{дм}^3</math>, не более-25, Время установления рабочего режима, мин, не более-30, Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее-3000</p> <p>Наружные поверхности аквадистиллятора должны быть устойчивы к многократной дезинфекции в соответствии с МУ – 287–113 3 % – ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 %-ного моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 %-ным раствором хлорамина по ГОСТ 14193.</p> <p>2.3. Средний срок службы должен быть не менее 7 лет. За предельное состояние аквадистиллятора принимают такое состояние, при котором дальнейшее их использование недопустимо по условиям безопасности или восстановление их работоспособности невозможно без капитального ремонта.</p> <p>2.4.Средняя наработка аквадистиллятора на отказ составляет не менее 3500 часов условно непрерывной работы. Критерий отказа – такое состояние аквадистиллятора, при котором имеет место хотя бы одно из следующих нарушений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение производительности аквадистиллятора свыше 25% от допустимого значения при нормальных условиях эксплуатации;</li> <li>- выход из строя устройства автоматического поддержания воды (уровнителя);</li> <li>- нарушение защиты от поражения</li> </ul>	ШТ	1	520000	520000-00

		<p>электрическим током.</p> <p>2.5.Поддержание воды, идущей на испарение и охлаждение – автоматическое.</p> <p>2.6.Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды – автоматическое.</p> <p>2.7. По электробезопасности аквадистиллятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025, класс защиты–1, степень защиты–Н.</p> <p><b>В комплект поставки аквадистиллятора входят изделия и документы:</b></p> <p>1) Аквадистиллятор электрический 1шт.</p> <p>2) Электрощит 1шт.</p> <p>3) Кран шаровой (вода) ½”,бабочка. 1шт.</p> <p>4) Трубка медицинская резиновая типа 6 8 x1,5или трубка медицинскаяПВХ 8x2,0длиной 0,5 м 1шт.</p> <p>5) Руководство по эксплуатации 1шт.</p>				
	<b>ИТОГО (пятьсот двадцать тысяч) тенге 00 тьин</b>					<b>520000-00</b>

Поставщик обязан устранить за свой счет все недостатки и дефекты, обнаруженные во время эксплуатации, в том числе производственные дефекты.