

**Объявление № 28**  
**о проведении закупа медицинских изделий**  
**способом запроса ценовых предложений**

Основание: пункт 135 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

1. **Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа:** КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город Костанай, улица 1 Мая, 151.

2. **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования медицинских изделий (далее – товары), объем закупа, сумма выделенная для закупа по каждому товару:**

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер)	Анализатор паров этанола. Режимы работы: активный - с мундштуком, пассивный - без мундштука; Диапазон измерения: 0-5,5 ‰ ВАС; Минимальное измеряемое значение: 0,03 ‰ ВАС; Погрешность: ± 10 ‰; Сенсор: электрохимический; Контроль качества выдоха: да; Пропускная способность: не ограничена для низких уровней алкоголя; Скорость измерения: 5-30 сек (для низких значений алкоголя); Дисплей: 2,8 дюймовый ЖК цветной, чувствительный к прикосновению, отображение результата цифровое и в виде графика изменения концентрации во времени; Размеры: 245 мм x 62 мм x 36; Вес: 380 г.; Принтер: встроенный или внешний беспроводной (не входит в стандартный комплект поставки); Отчет: да, полный, включая координаты GPS (опционально по заказу); Выгрузка на ПК: да; Память измерений: 30000; Аксессуары: мундштук сменный; Питание: перезаряжаемая несъемная Li-Ion батарея; Рекомендуемый интервал для калибровки: 6 месяцев; Межповерочный интервал: 12 месяцев; Основное назначение: универсальный, для быстрой бесконтактной массовой проверки трезвости и режим точного измерения для подтверждения положительного результата, возможно определение концентрации паров этанола в окружающем воздухе; Эксплуатационный уровень: премиум. Анализатор поставляется откалиброванным и проверенным. Сертификат о первичной государственной поверке сроком действия 12 месяцев предоставляется вместе с прибором.	штука	3	1887000

3. **Место поставки:** Костанайская область, г. Тобыл, улица Семина, 48

4. **Сроки и условия поставки:** Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами в течение 20 календарных дней со дня подписания договора. Товары отгружаются силами поставщика в аптечный склад главной медсестры.

5. **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, отдел государственных закупок (каб. 4) 31 октября 2022 года до 10 час. 00 мин.

6. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** 31 октября 2022 года, время 10 час. 10 мин. 110000, Костанайская область, город Костанай, улица 1 Мая, 151 административный корпус, отдел государственных закупок (каб. 4).

