

ОБЪЯВЛЕНИЕ №15

КГП на ПХВ «Районная больница Бескарагайского района» УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, Бескарагай, ул.Пушкина, 2а на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений « Приобретение МИ» по следующим лотам:

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер) модель Alcostop A. (с поверкой)	Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер) модель Alcostop A. Техническая спецификация. Основные параметры: } Тип датчика: электрохимический } Наличие двух режимов работы: активный с мундштуком и пассивный режим без мундштука. Пассивный режим позволяет определять наличие алкоголя в выдохе людей без сознания или в воздухе } Функция проверки качества и продолжительности выдоха } Использование мундштуков, пригодных для санитарной обработки } Корпус оснащен противоударным резиновым чехлом. } Диапазон измерения: 0-550мг/100мл ВАС } Минимальное отображаемое значение: 5 мг/100мл } Выбор единиц измерения: ‰ВАС, мг/100 мл, ‰ ВАС, мг/л } Наличие режима проверки окружающего воздуха перед измерением } Цветной дисплей размером 1,8 дюйма по диагонали } 3 кнопки управления } Встроенная несъемная аккумуляторная батарея Li-Ion } Наличие Сертификата о внесении в реестр средств измерений в Республике Казахстан } Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РК } Возможность передачи данных на ПК } Возможность	шт	1	304 000	304 000

	распечатки на внешнем беспроводном принтере (принтер поставляется за дополнительную оплату) } Большой объём внутренней памяти: не менее 30000 результатов				
Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 (с поверкой)	Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 Режимы измерений: Активный режим Диапазон измерения: 0-280мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови) Точность: Диапазон (0 - 84) мг/100мл ± 5 мг/100мл Диапазон (84 – 220) мг/100мл ± 7,5 % абсолютной величины Диапазон >220 мг/100мл ± 25 % абсолютной величины Диапазон измерения (Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе) (0-1.217) мг/л (концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе) Точность: Диапазон (0,00 -0,40) мг/л ± 0,024 мг/л Диапазон (0,40 – 1,05) мг/л ± 7,5 % абсолютной величины Диапазон >1,05 мг/л ± 25 % абсолютной величины Условия окружающей среды: Рекомендуемая температура хранения: 0 °С - +25°С Относительная влажность: 15 - 95 % Минимальный объем: 1.0 л Аккумулятор: Тип: 3 x 1,5В, не заряжаемая батарейка типа АА Количество измерений от одного комплекта батарей: Более 1000 тестов. Размеры (Д x Ш x В): 132 мм x 63 мм x 29 мм Вес: 175 г, с батарейками Тип сенсора: Быстродействующий электрохимический сенсор избирательный к молекулам этанола Перекрестная чувствительность: Нет Мундштук: Одноразового применения, однонаправленный (с клапаном для предотвращения обратного засасывания) Единицы отображения результата измерения:	шт	1	219 000	219 000

		<p>выбираются в настройках алкотестера пользователем Интерфейс пользователя: Работа через меню Кнопки: 3 Режим энергосбережения: Автоматическое отключение после 2,5 мин бездействия Дисплей: ЖК дисплей, 1.77 дюйма по диагонали Калибровка: Каждые 6 месяцев, либо по требованиям местных органов контроля. Комплект поставки Анализатор (алкотестер)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Батарейки тип AA - 3 шт. • Инструкция/паспорт • Упаковка: мягкий кейс • Мундштук сменный - 10 шт • Сертификат о государственной поверке <p>Гарантия – 12 месяцев, исключая случаи повреждения сенсора. Анализатор поставляется откалиброванным и проверенным. Сертификат о первичной государственной поверке сроком действия 12 месяцев предоставляется вместе с прибором. Сервис Строгая проверка качества перед реализацией. Последующая проверка и настройка приборов во время эксплуатации. Оказываются услуги по подготовке к поверке и посреднические услуги по государственной поверке. Квалифицированный ремонт. Сервисный центр авторизован заводом-изготовителем. Наличие аттестованных лабораторий в Республике Казахстан, осуществляющих государственную поверку данных анализаторов.</p>				
	Итого					523 000

Выделенная сумма для закупа по 2 лотам составляет 523 000 тг (Пятьсот двадцать три тысяч тенге) 00 тиын.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика по адресу: РК, ВКО, Бескарагай, ул.Пушкина 2а, КГП на ПХВ «Районная больница Бескарагайского района».

Начало и место предоставления ценовых предложений с 10 ч 00мин «04» ноября 2021г по адресу: РК, ВКО, Бескарагай, ул. Пушкина, 2а, администрация 234 кабинет

Окончательный срок предоставления ценовых предложений: в 10:00 ч 00мин «10» ноября 2021 года по адресу: РК, ВКО, Бескарагай, ул.Пушкина, 2а, администрация 234 кабинет.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться; в 11ч 00мин «10» ноября 2021 года по адресу: РК, ВКО, Бескарагай, ул.Пушкина, 2а.