

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

18.05.2022г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», провело закуп:

№ лота	Наименование описание	Форма выпуска	Кол-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная на закупку,
1	Трубка насоса, для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения D 200X (в том числе для модели КТ-инжектор Missouri XD2001 в комплекте). Трубка насоса (используется в течение 24 часов для любого количества инъекций). Наличие 3-х игл для флаконов (2хKB и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объема и скорости тока жидкости. 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. Специальный фильтр для мелких частиц. Встроенная система контроля давления. Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на совместимость с KB. Апиrogenная. Без латекса. Упаковка стерильная, срок годности 5 лет.	комплект	100	20 000,00	200 000,00
2	Трубка пациента, для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X (в том числе для модели КТ/MPT-инжектор Missouri XD2001 в комплекте). Трубка пациента (используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента). 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на совместимость с контрастным веществом. Длина 250 см. Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом. Апиrogenная. Без латекса. Упаковка стерильная, срок годности 5 лет.	комплект	100	3 100,00	31 000,00
3	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 35x43 №100 14x17 дюймов. Пленка DRYSTAR DT5B на 168 микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая	упаковка	10	147 510	1 475 100

	упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9. j 9. Обязательно предоставить сертификат безопасности.				
4	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 20,3x25.4 №100 8x10 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность: >3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Термоэмульсионный слой изготовлена на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности.	упаковка	10	52 495,00	524 950
5	Прозрачная плёнка с голубым оттенком. Тип проявки: сухая лазерная термопечать. Разрешение изображения: 325 dpi (4480x5500 пикс.) Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого) Максимальная оптическая плотность: Dmax - 3,0 Количество листов в упаковке: 125 листов в упаковке Срок хранения экспонированных изображений: 100 лет Срок годности не экспонированной пленки: 18 месяцев Условия хранения: 4-24 °C, относительной влажности 30-50% в месте, защищенном от рентгеновского и гамма-излучений или проникающей радиации. Пленка предназначена для лазерной печати на принтерах медико-диагностических снимков полученных от компьютерных томографов (КТ), магнитно-резонансных томографов (МРТ), систем компьютерной радиографии (CR)	упаковка	5	104 500,00	522 500,00
Итого:					2 753 550

Итого, сумма закупки: 2 753 550,00 (два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) тенге.

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложение до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «Альянс»	ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Красина 12/2	12.05.2022 г.	13:10
2	ТОО «Pharmprovide»	г.Алматы, ул.Блока 14	12.05.2022 г	11.30
3	ТОО «СапаМедАстана»	г. Нур-Султан, ул.Тараз, 2, НП-12	11.05.2022 г.	11:30

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

№ п/п	Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, указанная в заявке за единицу, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
1	ТОО «СапаМедАстана»	1	Трубка насоса	комплект	100	17500	1750000	Соответствует
		2	Трубка пациента	комплект	100	2650	265000	Соответствует
2	ТОО «Pharmprovide»	3	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 В 35x43 №100 14x17 дюймов	упаковка	10	147510	1475100	Соответствует
		4	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 В 20,3x25,4 №100 8x10 дюймов	упаковка	10	52495	524950	Соответствует
3	ТОО «Альянс»	5	Прозрачная плёнка с голубым оттенком. Тип проявки: сухая лазерная термопечать. Разрешение изображения: 325 dpi (4480x5500 пикс.)	упаковка	5	103000	515000	Соответствует

3. На процедуре вскрытия конвертов с пеновыми предложениями представители компаний не присутствовали.

В соответствии с п.100 Главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375, **РЕШЕНО:**

1. Лот №1, 2 признать состоявшимся заключить договор с ТОО «СапаМедАстана».
2. Лот № 3,4 признать состоявшимся, заключить договор с ТОО «Pharmprovide».
3. Лот №5 признать победителем ТОО «Альянс» и заключить договор.

Победители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил.

И.о. главного врача



Ю. Якупов

Специалист ОГЗ

А. Кайсенов