

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

02.07.2020г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (далее Правил №1729) провело закуп:

№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная для закупа, тенге	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Амброксол. Таблетки 30мг.	таблетка	10 000	19,2	192 000
2	Варфарин. Таблетки 5мг.	таблетка	300	60,95	18 285
3	Пульсоксиметр. Режим работы: непрерывный. Тип дисплея: не хуже, OLED. Отображение значения и возможность сохранения данных SpO2: Диапазон измерения: 70% -99%. Точность: 70% - 99%, ± 2%, Разрешение: +/-1%. Отображение частоты пульса и возможность сохранения данных: Диапазон измерения: 30-250BPM. Точность: ±1уд/мин или ±1%. Отображение формы импульса. Встроенный объем памяти не менее 24 часов. Потребляемая мощность: не более 30 мА. Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения должна появляться до того, как заряд батареи снизится до нарушения нормальной работы. Функция автоматического отключения питания при отсутствии пальца пациента в датчике для измерения. Функция изменения яркости экрана. Срок службы батареи: не более двух щелочных батарей типа, не хуже AAA I.5V, должны непрерывно работать не менее 30 часов. Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Защита от проникновения жидкостей: IP22 (защищен от проникновения воды, когда вода капает вертикально, а монитор наклонен до угла в 15 градусов). Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.	штука	60	48 900	2 394 000

	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. Пульсоксиметр должен быть с действующей поверкой на 2020 год.				
4	Облучатель-рециркулятор. Материал корпуса, не хуже: металл. Электропитание, не более: 220 В/50 Гц. Количество ламп, не менее: 1 шт. Категории помещений: I, II, III, IV, V. Тип цоколя лампы, не хуже: 2G11. Тип облучателя: закрытый. Наличие индикатора наработки ламп. Уровень шума, не более: 40 дБ. Производительность, не менее: 30 м³/ч. Потребляемая мощность, не более: 20 Вт. Приблизительный размер, не более: 410*110*105 мм. Срок службы ламп, не менее, ч: 8000. Возможность работы в присутствии людей. Возможность установки на передвижную стойку. Наличие в комплекте крепежей.	штука	5	95 000	475 000
5	Дефибриллятор с монитором для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма. Наличие функции физиологически оптимального биполярного импульса с автоматической коррекцией продолжительности и формы зависимости от импеданса пациента. Наличие функции коррекции энергии воздействия в зависимости от импеданса пациента. Энергия импульса воздействия, Дж: дискретно от 5 до 360Дж, не менее 11 уровней. Время набора энергии, не более, с: 200Дж – 6, 360Дж – 10. Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи, не менее: 200 Дж – 70, 360 Дж – 40. Наличие	комплект	1	1 560 000	1 560 000

блокировки выдачи энергии при сопротивлении пациента менее 12 Ом и более 200 Ом, а также при разомкнутых или замкнутых электродах. Наличие функции ручного сброса накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции. Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд, с последующим автоматическим сбросом накопленной энергии на внутреннюю нагрузку, не более, с: 30. Наличие функции тестирования процесса выдачи набранной энергии. Время восстановления монитора после дефибрилляции, не более, с: 6. Наличие функции речевого сопровождения действий оператора и процесса работы прибора и дублирования сообщений на дисплее. Наличие питания прибора: сменная аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока от 12 до 20В, сеть переменного тока от 190 до 250В частотой от 50 до 60Гц. Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА 210. Время непрерывной работы прибора в режиме мониторингирования от сменной аккумуляторной батареи, не менее, ч: 3. Время непрерывной работы от сети переменного тока, не менее, ч: 168. Наличие встроенного зарядного устройства батареи с автоматическим отключением. Время заряда батареи не более 4 часов. Наличие встроенного регистратора записи на бумажный носитель с автоматическим и ручным включением. Наличие возможности нанесения координатной сетки с шагом 1мм. Дисплей не хуже ЖК, цветной. Размер дисплея, не менее: 152 x 91 (диагональ не менее 7" мм) с разрешением не менее 800 x 640 точек. Необходимое отображение информации на дисплее: значения установленной энергии; три отведения ЭКГ; состояние сменной батареи ; верхняя и нижняя границы тревог по ЧСС и текущее значение; процесс накопления энергии; текущее время и дата; режим регистратора; отданный ток и сопротивление грудной клетки пациента; взрослые и детские электроды, многоразовые. Безопасность, не хуже: класс II: тип VF для электродов дефибрилляции; тип CF с защитой от разряда дефибрилляции для отдельных электродов монитора. Канал ЭКГ: Наличие, не менее двух каналов приема ЭКГ – от электродов дефибрилляции и отдельного кабеля электрокардиографического.				
---	--	--	--	--

ЭКГ-мониторинг через 4-х канальный ЭКГ-кабель: I...II, aVR...aVF. ЭКГ-мониторинг через 10-и канальный ЭКГ-кабель: I...III, aVR...aVF, V1...V6. Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ: 5, 10, 20.

Скорость движения изображения, не менее мм/с: 12,5; 25; 50.

Наличие отключаемых антитреморных и сетевых фильтров.

Наличие формирования ритмограммы и скаттерграммы пульса.

Диапазон измерения ЧСС, уд/мин: от 30 до 300. Абсолютной погрешность измерения ЧСС, уд/мин: ± 2 . Наличие встроенного термопринтера.

Комплект поставки:

Дефибриллятор с монитором, со встроенным сетевым блоком и зарядным устройством, не менее: 1 шт.

Аккумуляторная батарея, не хуже NiCd, 14,4В, 1900 мА·ч. не менее: 1 шт.

Шнур сетевой, не менее 1,8м: 1 шт.

Одноразовые электроды для мониторингирования ЭКГ, не менее: 50 шт.

Кабель ЭКГ на 4 электрода с разъемом типа «крокодил», не менее: 1 шт.

Сумка для переноски, не менее: 1 шт.

Эксплуатационная документация, не менее: 1 комплект.

Бумага, не менее: 2 шт.

Наличие гарантийного обслуживания, не менее, 24 мес. Установка и обучение персонала Заказчика на рабочем месте.

Итого:				4 639 285, 00
---------------	--	--	--	----------------------

Сумма, выделенная для закупа: 4 639 285, 00 (четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят пять) тенге, 00 тиын.

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложение до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «ОрдаМед Восток»	г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 14/1	26.06.2020 г.	17:15
2	ТОО «Альянс-Фарм»	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/1	01.07.2020 г.	08:57

3	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А	01.07.2020 г.	16:32
---	----------------	--------------------------------------	---------------	-------

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
ТОО «ОрдаМед Восток»	3	Пульсоксиметр серии ОХУ, модель 500DP	48 900	2 934 000	Соответствует
Итого:				2 934 000	
ТОО «Альянс-Фарм»	4	Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» СН-111-115 (металлический корпус)	93 000	465 000	Соответствует
	5	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион	1 554 000	1 554 000	Соответствует
Итого:				2 019 000	
ТОО «ОСТ-ФАРМ»	3	Пульсоксиметр М70	43 800	2 628 000	Соответствует
Итого:				2 628 000	

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовал представитель Потенциального поставщика с фирмы ТОО «ОрдаМед Восток».

В соответствии с п.112 Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, **РЕШЕНО:**

1. Лоты №1, 2 признать несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.
2. Победителем по лоту №3 признать ТОО «ОСТ-ФАРМ».
3. Победителем по лоту №4, 5 признать ТОО «Альянс-Фарм».

ТОО «ОСТ-ФАРМ», ТОО «Альянс-Фарм» представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил.

Главный врач

Руководитель ОГЗ



С. Попов

А. Уалтаева