

## Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

04.11.2020г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (далее Правил №1729) провело закуп:

№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная для закупа, тенге	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, с К2 ЭДТА для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой.	штука	800	66,5	53 200
2	Спирт. Раствор для наружного применения 70% 50,0.	флакон	5 000	126	630 000
3	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 2,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Материал-полиэтилен	штука	100	1 571	157 100
4	Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком для проведения санации и бронхоскопии. Для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздухопроводом, интубационной трубкой и др. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см.	штука	100	1 234	123 400
5	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый 1,6 м с дополнительным шлангом 0,8 м, диаметр 22 мм. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (Диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель закрыт защитным	штука	100	4 713	471 300

	колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Дополнительный шланг 0,8 м. для подключения резервного дыхательного мешка.				
6	Соединитель прямой жёсткий для дыхательного контура и гибких соединителей 15F-15F с герметизирующими кромками на обеих сторонах.	штука	300	494	148 200
7	Линия удлинительная, предназначенная для инфузий под давлением до 55бар. Длина 150см. Используется для проведения длительного, строго дозированного внутривенного вливания лекарственных препаратов с помощью шприцевого дозатора. Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам. Стерильная, одноразовая.	штука	500	300	150 000
8	Дыхательный контур для взрослых 1,6 м с одним влагосборником, диаметр 22 мм. Универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Разборный самогерметизирующийся влагосборник с клапаном поворотного типа, обеспечивающий герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт.	штука	100	4 958	495 800
9	Дыхательный вирусно-бактериальный фильтр теплообменник для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной теплообменной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15М - 22М/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 67 мм, установочный размер (длина) не более 70 мм. Площадь фильтрующей мембраны (номинальное значение) 20,3 см <sup>2</sup> . Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,1 см Н <sub>2</sub> О, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,7 см Н <sub>2</sub> О, сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,1см Н <sub>2</sub> О, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,0 мг Н <sub>2</sub> О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,3 мг, компрессионный объём не более 62 мл, масса не более 32 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Требуемый состав технологических материалов: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике	штук	400	898	359 200

не менее 100шт. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления.				
<b>Итого:</b>				<b>2 588 200, 00</b>

**Сумма, выделенная для закупа: 2 588 200, 00 (два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) тенге, 00 тывн.**

**1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложение до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:**

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ»	г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24	30.10.2020 г.	10:13
2	ТОО «Sunmedica»	г. Алматы, ул. Кунаева, 21Б, офис 75	30.10.2020 г.	14:15
3	ТОО «SM Global.kz»	г. Алматы, мкр. Коктем-2, 2-38	30.10.2020 г.	15:51
4	УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс»	г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1	02.11.2020 г.	11:00
5	ТОО «Pharmprovide»	г. Алматы, ул. Блока, 14	02.11.2020 г.	14:55
6	ТОО «ДАРЕНМЕД»	г. Шымкент, 18 мкр., 54-2	02.11.2020 г.	16:44
7	ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/1	03.11.2020 г.	08:13

**2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:**

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ»	2	Спирт этиловый. Раствор для наружного применения 70% 50,0.	83	415 000	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>415 000</b>	
ТОО «Sunmedica»	3	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 2,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком.	1 428	142 800	Соответствует

		Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F.Материал-полиэтилен			
4		Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком для проведения санации и бронхоскопии. Для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см.	1 010	101 000	Соответствует
5		Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый 1,6 м с дополнительным шлангом 0,8 м, диаметр 22 мм. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (Диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Дополнительный шланг 0,8 м. для подключения резервного дыхательного мешка.	4 284	428 400	Соответствует
6		Соединитель прямой жёсткий для дыхательного контура и гибких соединителей 15F-15F с герметизирующими кромками на обеих сторонах.	493	147 900	Соответствует
8		Дыхательный контур для взрослых 1,6 м с одним влагосборником, диаметр 22 мм. Универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing"	4 858	485 800	Соответствует

	<p>колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Разборный самогерметизирующийся влагосборник с клапаном поворотного типа, обеспечивающий герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт.</p>			
9	<p>Дыхательный вирусно-бактериальный фильтр тепловлагообменник для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15М - 22М/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 67 мм, установочный размер (длина) не более 70 мм. Площадь фильтрующей мембраны (номинальное значение) 20,3 см<sup>2</sup>. Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,1 см Н<sub>2</sub>О, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,7 см Н<sub>2</sub>О, сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,1см Н<sub>2</sub>О, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,0 мг Н<sub>2</sub>О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,3 мг, компрессионный объём не более 62 мл, масса не более 32 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Требуемый состав технологических материалов: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике не менее 100шт.</p>	735	294 000	Соответствует

		Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления.			
<b>Итого:</b>				<b>1 599 900</b>	
<b>ТОО «SM Global.kz»</b>	3	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные. Контур дыхательный анестезиологический удлиняющийся (растяжимый), взрослый, удлиняемый (растяжимый), наконечник Люэра-коленчатый патрубков (22М/15F-15М) тройник (22М/15F-22М), две трубки (диаметры: 22мм и 15мм) удлиняемый (растяжимый) длиной 160см., прямые коннекторы 22 F/22 F на линии входа и выхода	1 422	142 200	Не соответствует (длина конфигурируемых шлангов не соответствует требуемому)
	4	Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком для проведения санации и бронхоскопии. Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющимся (растяжимым) переходником 15см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22 F, с портом для бронхоскопии	742	74 200	Соответствует
	5	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый 1,6м с дополнительным шлангом 0,8м, диаметр 22мм. Контур дыхательный анестезиологический удлиняющийся (растяжимый) с резервным мешком 2л., взрослый, наконечник Люэра-коленчатый патрубков (22М/15F-15М) тройник (22М/15F-22М), две трубки (диаметры: 22мм и 15мм) удлиняемый (растяжимый) длиной 160см.	3 218	321 800	Соответствует
	7	Линия удлинительная, предназначенная для инфузий под давлением до 55 бар. Длина 150см.	278	139 000	Соответствует
	8	Дыхательный контур для взрослых 1,6м с одним влагосборником диаметр 22мм., универсальный, реверсивный, базовый. Контур дыхательный вентиляционный, взрослый, наконечник Люэра-	3 115	311 500	Соответствует

		коленчатый патрубок (22М/15F-15М) тройник (22М/15F-22М), одна трубка (диаметры: 22мм и 15мм) гофрированная длиной 160см., три шкалы с делениями длиной 80см (диаметры: 22мм и 15мм), шесть раструбные муфты 22F/22М на линии входа и выхода, одна раструбная муфта (22М-22М/15F), один влагосборник.			
	9	Дыхательный вирусно-бактериальный фильтр теплооблагодобменник для защиты пациента, персонала, аппаратуры. Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влагообменным эффектом НМЕ, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%	552	220 800	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>1 209 500</b>	
<b>УКФ ТОО «КФК Медсервис плюс»</b>	2	Спирт этиловый 70% 50,0.	87	435 000	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>435 000</b>	
<b>ТОО «Pharmprovide»</b>	5	Контур дыхательный. Длина 1,6м. с резервным мешком для взрослых	3 000	300 000	Не соответствует (длина гофрированного шланга входа/выхода по регистрационному удостоверению не соответствует требуемому)
	8	Контур дыхательный. Длина 1,6м. с двумя влагосборниками для взрослых	3 000	300 000	Не соответствует (длина гофрированного шланга входа/выхода по регистрационному удостоверению не соответствует требуемому)

		Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с электростатической мембраной и теплообменником	850	340 000	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>940 000</b>	
<b>ТОО «ДАРЕНМЕД»</b>	1	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки 6мл с К2 ЭДТА для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой.	65,10	52 080	Соответствует
	7	Линия удлинительная, предназначенная для инфузий под давлением до 55бар. Длина 150см.	280	140 000	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>192 080</b>	
<b>ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»</b>	7	Удлинитель (прозрачный) д/инфузионных насосов под давлением до 55бар 150см (стандарт)	275	137 500	Соответствует
<b>Итого:</b>				<b>169 500</b>	

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители Потенциальных поставщиков не присутствовали. В соответствии с п.112 Главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, **РЕШЕНО:**

1. Победителем по лоту №1 признать ТОО «ДАРЕНМЕД».
2. Победителем по лоту №2 признать ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ».
3. Победителем по лоту №3, 6 признать ТОО «Sunmedica».
4. Победителем по лоту №4, 5, 8, 9 признать ТОО «SM Global.kz».
5. Победителем по лоту №7 признать ТОО «Альянс-Фарм».

**ТОО «ДАРЕНМЕД», ТОО «КАЗМЕДИМПОРТ», ТОО «Sunmedica», ТОО «SM Global.kz», ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»** представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил.

Главный врач

Руководитель ОГЗ



С. Попов

А. Уалтаева