

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

30.05.2022г.

Организатор и заказчик закупа в лице КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», провело закуп:

№ лота	Наименование описание	Техническая спецификация	Форма выпуска	Кол-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная на закупку,
1	Лоток стерилизационный	Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость 2 рукоятки	шт	2	315000	630000
2	Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой	<p>Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм.</p> <p>Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм². Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.</p>	шт	50	1582	79 100

Итого, сумма закупки: 709100 (семьсот девять тысяч сто) тенге.

1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование поставщика	№ лота	Адрес поставщика	Дата	Время
1	ТОО «Арех Со»	1	г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Рахмадиева, д.35	30.05.2022 г.	15:00
2	ТОО «Арех Со»	2	г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Рахмадиева, д.35	30.05.2022 г.	15:00

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

№ п/п	Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование	Форма выпуска	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге за единицу	Общая сумма	Квалификационные требования
1	ТОО «Арех Со»	1	Лоток стерилизационный	шт	2	300000	600000	Соответствует
2		Спид, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой	50		1536	76800	Соответствует	

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители компаний не присутствовали.

В соответствии с п.100 Главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375, **РЕШЕНО:**

1. Лот №1,2 признать состоявшимся и заключить договор с ТОО «Арех Со».

Победители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил.

Главный врач

Специалист ОГЗ



С. Попов

А. Кайсенов