

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Усть-Каменогорск

08.09.2021г.

Организатор и заказчик закупа в лице КТП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.  
Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбасва, 1/4.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», проведено закуп:

№ лота	Наименование	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная для закупа, тенге	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Лейкопластырь на основе шелковой ткани, покрытый медицинским термоклеем 2,5см*5м	штука	4 000	566,17	2 264 680
2	Назальная канюля для взрослых с прямыми зубцами, кислородной трубкой, не менее 1,8 м. для длительной и кратковременной подачи кислорода. С удлинителем шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с несколькими седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается загибание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	штука	3 000	471	1 413 000
3	Тест «Бови-Дика» - тест проникновения пара. Обёрнутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови-Дик цикле - «134 °С, 3,5 минуты». Индикатор 2 класса (для специальных испытаний) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 и ISO 11140-5-2011. Результат теста должен легко интерпретироваться. Чёткий цветовой переход от начального серо-голубого к конечному розово-фиолетовому. На внешней обёртке должен быть индикатор 1 класса, который отличается использованные тест-пакеты от неиспользованных. Нетоксичен, не должен содержать соединений свинца, в процессе применения и хранения не	упаковка №6	40	13 280	531 200



		прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксации положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.			Не соответствует требованиям ПП РК 375, гл.4 п.18 пп.2 (ПП в двух документах представляет три различных сведения касательно длины назальной канюли)
<b>ТОО «SM Global.kz»</b>		Канюля назальная кислородная для взрослых ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2м., стойкая к сгибам и вломам. Мягкий, закруглённый, дистальный конец.	285	855 000	
<b>ТОО «ФортунаМед»</b>		Канюля назальная кислородная (2100мм)	260	780 000	Не соответствует требованиям ПП РК 375, гл.4 п.18 пп.2 (отсутствует характеристика или техническая спецификация предлагаемого товара)
<b>ТОО «ФАРМАКС-2»</b>		Лейкопластырь на шелковой основе 2.5 см*м Bioplatax.	299	1 196 000	Соответствует
<b>ИП «Маслова С.Л.»</b>		Лейкопластырь на шелковой основе 2.5 см*м Bioplatax.	349	1 396 000	Соответствует
<b>ТОО «Альянс-Фарм»</b>		Лейкопластырь на шелковой основе 2.5 см*м Bioplatax.	278	1 112 000	Соответствует
<b>ТОО «IzidaMedLab»</b>		Лейкопластырь на шелковой основе 2.5 см*м Bioplatax.	299	1 196 000	Соответствует

3. На процедуре вскрытия конвертов с ценами предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали. В соответствии с п.100 Главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375, **РЕШЕНО:**

1. Победителем по лоту №1 признать ТОО «Альянс-Фарм».
2. Победителем по лотам №2 признать ТОО «SUNMEDICA».
3. Лот №3 признать не состоявшимся, в связи с отсутствием предоставленных заявок.

Побелители представляют Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил.

**Главный врач**



**С. Попов**

**Руководитель ОГЗ**

**А. Уалтаева**