

**БЕКІТЕМІН**

Нұр - Сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 5 қалалық емхана" МКК директоры

Табулдина А.Ж.

"12" маусым 2020 ж.

Нұр - Сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 5 қалалық емхана" МКК медициналық бұйымдардың бағалы ұсынысты сұрау тәсілімен сатып алу қорытындысының хаттамасы

218

Нұр-Сұлтан қ.

№ лот	Атауы (МНН)	Тауарлардың қысқаша сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Сапая, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Сатып алу үшін белгіленген сома, тенге	"Med ESK" ЖШС, 16.06.2020 г., 10:50	"САЙЛАУ" ЖК, 16.06.2020 г., 9:27	"ФАРМ-ТРЕЙД-НТ" ЖШС, 15.06.2020 г., 14:26
1	Жинақта тік галогенді офтальмоскоп	Шаннан қорғау-барлық оптикалық және жарықтандыру жүйесі офтальмоскоптың басында болуы керек. Жұмыс істемейтін жағдайда барлық оптикалық бөліктер қорғаныш перделермен жабылуы керек. Құяты оптика, тіпті айна жарықтандыру жүйесі, жарқын шам және түзету линзаларының үлкен ауқымы бар тікелей колмен офтальмоскоптар. Сурет жоғары сапалы болуы керек, түс беру бұрмаланбайды. Кірісірілген поляризациялық жарық сүзгілері-офтальмоскоптың жарықтандыратын және оптикалық бөліктерінде де пайдаланылуы тиіс. Оларды пайдалану тексеру кезінде көздің қабығынан жарықтың шағылысуын азайтуға мүмкіндік беруі керек. Жарық көзі-1-30 (3 В, 2 Вт) жарқын галогендік шамы біркелкі және біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі керек, бұл дәрігерге науқастың көзінің барлық құрылымдарын оңай тексеруге мүмкіндік береді. Шамның жарықтығы біртіндеп реттелуі керек. Апертуралар - үлкен шеңбер, нүкте, Саңылау, бекіту-өлшеу торы, қызылсыз сүзгі. Сүзгілерден 4000°К түсеті болуы керек, бұл жоғары сапалы түс беруді қамтамасыз етеді, сонымен қатар қабықтың жарықтығын жету үшін сызықты поляризациялайды. Сүзгілер мен саңылауларды бөлек реттеу керек, сонымен дәрігер олардың кез-келген комбинациясын реттей алады. Түзету диапозоны-36-дан +35 диоптрияға дейін, соның арқасында кез-келген бақылау жағдайында ең дәл фокусты реттеуге болады. Түзеткіш линзалардың күш индикаторы ішкі жарықтандыруға не және тіпті қараңғы бөлмеде де айқын көрінеді. Жарықтандыру уақыты-80 минуттан кем емес Корек-тұтқаға орналастырылған АА батареяларынан жұмыс істеуі тиіс (жыныттықтағы 4 батареяға - не). Өлшемдері-85 мм x 245 мм x 45 мм артық емес Салмағы-450 г артық емес	штука	2	480 000,00	960 000,00	390 000,00	478 000,00	449 000,00
						960 000,00	780 000,00		

17.06.2020 г.

Сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынған баға ұсыныстарын қарау қорытындысы бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

- 1 Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы - - "Meddesk" ЖШС;
- 2 № 1 лот бойынша 780 000 теңге сомасына "Meddesk" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сауран көшесі 3/1, 326 пәтер әлеуетті жеңімпаз деп танылсын;
- 3 Әлеуетті жеңімпазға Қағидалардың 113-тармағына сәйкес 10 күнгізбелік күн ішінде сатып алуды ұйымдастырушыға құжаттарды ұсыну, біліктілік талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттар;

ЕАЖ бойынша директордың орынбасары

Бас есепші

Инякина О.А.

Баймағамбетова Б. М.

Бас мелбике

Зангер

МС бойынша менежер (хагышы)



Абенова К.Т.

Исраилова С.Ш.



Абдушев Д.С.