

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5"
 акимата г.Нур-Султан

Табулдина А.Ж.

"14" мая 2020 г.

Протокол итогов закупки способом запроса ценовых предложений
 медицинских изделий

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" акимата г.Нур-Султан

г.Нур-Султан

14.05.2020 г.

№ лота	Наименование (МПН)	Краткая характеристика (описание) товаров	Единица измерения	Количество, объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге	ТОО "Упа Рnagma", 06.05.2020 г., 14:38	ТОО "ОрдаМед Астана", 06.05.2020 г., 14:47
1	Пальчиковый пульсоксиметр	<p>Особенности модели: точное измерение SpO2 и частоты пульса</p> <p>Должно подходить для всех взрослых и детей старше 10 лет</p> <p>Должна быть функция автоматического включения/выключения</p> <p>должно быть не менее 5-ть режимов отображения</p> <p>360° регулируемый дисплей</p> <p>Отображение SpO2, частоты пульса, длительности пульса, гистограммы, емкости батареи</p> <p>Легкий, вес всего 58 грамм</p> <p>30 часов непрерывной работы</p> <p>Оптическая сигнализация с низким уровнем заряда батареи</p> <p>Высокое качество изготовления и материалов</p> <p>Корпус для пальца изготовлен из высококачественного сплава</p> <p>Надежный пружинный механизм</p> <p>Управление одной кнопкой для отображения и яркости</p> <p>Удобный чехол для хранения прибора</p> <p>Комплект поставки: пульсоксиметра:</p> <p>Пальчиковый пульсоксиметр</p> <p>Защитный чехол</p> <p>Шнурок с петлей для ношения</p> <p>Батарейки типа AAA - 2 шт</p> <p>Руководство по эксплуатации</p> <p>Технические характеристики пульсоксиметра AEROSheck:</p> <p>Техническое описание пульсоксиметра.</p> <p>Время работы 1ч. менее 30 часов (на одном комплекте батарей)</p> <p>Питание 2 батарейки тип AAA</p> <p>Диапазон отображения SpO2 (9% - 99%)</p> <p>Диапазон измерения SpO2 70% - 99% (± 3%)</p> <p>Отображение частоты пульса 30 - 235 уд/мин</p> <p>Диапазон измерения пульса 30 - 235 (± 2 уд/мин)</p> <p>Дисплей отображает SpO2, частоты пульса в виде волны или гистограммы, емкости батареи</p> <p>Эксплуатация 5°C - 40°C, влажность до 80%</p>	штука	45	60 000,00	2 700 000,00	58 900,00	52 000,00
						2 700 000,00		2 340 000,00

Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений потенциальными поставщиками **РЕШИЛ:**

- 1 Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
- отсутствовали;
- 2 Отклонить ценовое предложение ТОО "Vita Pharma", в целом, ввиду отсутствия документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленными п.п 5 п.21 главы 4 ПП РК 1729;
- 3 По лоту № 1 признать потенциальным победителем ТОО "ОрдаМед Астана", г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.40, офис 316 В, БЦ "Восток" на сумму 2 340 000 тенге;
- 4 Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставления Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;

Заместитель директора по ЛПР

Мухитдинова К. А.



Заместитель директора по родоиспоможению и младенчеству

Шиякпа О.А.

Главный бухгалтер

Баймагамбетова Б. М.



Главная медицинская сестра

Абенова К.Т.



Юрист

Исраилова С.Ш.



Менеджер по ГЗ (секретарь)

Абдушев Д.С.

