Запрос ценовых предложений на МИ от 24.06.2021 по 01.07.2021 гг.

№	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Спецификация, харак	Ед. изм	Кол/во	Цена
1	**Пластина для ключицы диафизарная II, левая, правая, 6 отв., 71,9 мм, левая, правая, 7 отв., 83,9 мм, левая, правая, 8 отв., 95,8 мм, левая, правая, 9 отв., 107,5 мм, левая, правая, 10 отв., 118,9 мм, левая, правая, 11 отв., 129,9 мм.**	Ключичная диафизарная пластина левая/правая, должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета.Количество отверстий 6 отв., 7 отв., 8 отв., 9 отв., 10 отв., 11 отв., длина 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм,, 107,5 мм,118,9 мм, 129,9 мм. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 71,9 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя	**штука**	**10**	**58401,00**
2	**Пластина для ключицы с латеральным расширением II, левая, правая, 3 отв., 76 мм; левая, правая, 4 отв., 88 мм; левая, правая, 5 отв., 100 мм; левая, правая, 6 отв., 112 мм; левая, правая, 7 отв., 124 мм; левая, правая, 8 отв., 135 мм**	Ключичная пластина левая/правая, должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Количество отверстий 3 отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, 8отв., длина 76 мм; 88 мм; 100 мм; 112 мм; 124 мм; 135 мм. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 4 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 76 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.	**штука**	**10**	**59 740,00**
3	**Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 12 мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 26мм; 28мм; 30мм; 35мм; 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм; 75мм; 80мм; 85мм**	Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Длина 12 мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 26мм; 28мм; 30мм; 35мм; 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм; 75мм; 80мм; 85мм. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента.	**штука**	**120**	**3 399,00**

4	**ЭКХ-01 Электрод электрокардиографический хлорсеребряный с элементами крепления Комплект содержит 4 штуки электродов**	Электрод конечностный взрослый ЭКХ-01 для регистрации ЭКГ на конечностях пациента на стандартных типах электрокардиографов. На конечностях данные электроды фиксируются при помощи скоб-пинцетов. Характеристики: • крепление под штекер: 4 мм; • длина браншей: 135 мм; • ширина браншей 30 мм; • размер токосъемника: 25x38 мм; • покрытие токосъемника: Ag/AgCl.	**комплект**	**2**	**10 800,00**
5	**Электрод грудной взрослый ЭКХ-03 Комплект содержит 6 штук электродов**	Электрод грудной взрослый ЭКХ-03 применяются для проведения электрографических исследований. Токосъемная поверхность электродов - Ag/AgCl. Это обеспечивает высокую стабильность потенциалов, низкий уровень шумов и минимальное сопротивление. Данные электроды крепятся на грудной клетке пациента с помощью резинового баллона-присоски. Контакт с кожей происходит через токосъемный элемент. • диаметр токосъемника: 24 мм; • диаметр патрона для подключения кабеля: 4 мм. Применяются в ЭКГ-аппаратах Аксион: • ЭК1Т-1/3-07; • ЭК1Т-03М2; • ЭК1Т-04; • ЭК1Т-07; • ЭК3Т-02; • ЭК3ТЦ-04.Мониторах: ЭК3Т-01-«Р-Д», ЭК12Т-01-"Р-Д".	**комплект**	**2**	**12 600,00**
6	**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОННАЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ**	• Четырех секционное, ложе каркас выполнен из профильной трубы прямоугольного сечения 60*3Омм, основание сетка 50 на 50мм толщиной 4мм. Изменения угла наклона секции ложа осуществляется механическим (резьбовым) приводом, ручка привода регулировки наклона секции установлена в ножной части кровати, вращением ручки по часовой и против часовой. Спинки изготовлены из ABS пластика, имеющие пластиковые бампера предохраняющие кровать от повреждений. • Быстросъемные спинки из ABS пластика, с противоударными боковыми отбойниками, с голубой самоклеющейся ламелией (наклейка из плотного ПВХ), монтируются без ключа, одеваются на шпильки • Ложе покрашено порошковой краской, что позволяет обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами не вызывает аллергии у пользователей. • Четыре самоориентирующихся колесных опор, диаметром 100мм, высота колеса 140мм, с индивидуальным тормозом на каждое колесо, цвет белый. **Размер кровати:** • Длина общая 2115 мм. • Длина по матрасу 1980мм. • Ширина 960мм, • Высота без матраса 490мм., с матрасом 570мм. **Комплектация:** • Боковые поручни алюминиевые • Штанги для подтягивания • Штатив для капельницы • Колеса с индивидуальным тормозам • Матрас толщина 8 см., кожзам	**штука**	**15**	**260 000,00**