

Протокол итогов запроса ценовых предложений на МИ от 21.01.2021

№ п/п	наименование	Техническая спецификация	ед. изм	кол-во	цена	ТОО «Жан Фарм Трейд» 12.00 20.01.2021	ТОО «Sunmedica» 15.54 20.01.2021	ИП «Leon Company» 9.07 21.01.2021
1	Кислородный датчик	Кислородный датчик для аппарата ИВЛ AVEA. Напряжение 9 – 15,5 мВ, рабочая температура – 4 – 40 с, температура хранения -15 -50 с, диапазон измерений 0-100% O2, линейность +-1%, габариты длина - 41 мм, диаметр 27 мм, резьба M16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex	шт	2	336 000	287 000		310 000
2	Датчик воздушного потока	Датчик воздушного потока для аппарата ИВЛ AVEA Рабочая температура 5-40 с, температура хранения -15 – 50 с, габариты диаметр разъемов внешний/внутренний -15/15 мм, длина кабеля 192 см, адаптер для подключения к системе: коннектор 14 pin. Количество в комплекте: 1 шт, индивидуально упаковано. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA .	шт	2	434 000	368 000		419 200
3	Аккумуляторная батарея для аппарата ИВЛ “AVEA	Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH). Напряжение: 24 В, ток переменный. Сборка из 20 элементов.Емкость: 4.5 А·ч. Элементы защиты: - термовыключатели (предохранение от перегрева АКБ); - самовосстанавливающийся	шт	2	679 000	587 000		

		предохранитель; - негативный термистор 100 кОм. Габариты: 135мм x 95 мм x 34 мм.Вес: 1000 г. Количество в комплекте: 1 шт/компл.						
4	Бактериальный фильтр для аппарата ИВЛ AVEA	Бактериальный фильтр для аппарата ИВЛ «AVEA» Габариты: длина 150мм, диаметр 85 мм. Диаметр разъемов: вход/выход, внешний– 22/22 мм. Максимальное давление: 200 см Н2О; Количество в комплекте: 1 шт.	шт	1	189 000	147 000		170 000
5	Фильтр воздушный для обслуживания системы ИВЛ«AVEA»	Фильтр воздушный для обслуживания системы ИВЛ«AVEA» Габариты: 90мм x 90 ммМатериал: ПВХ Количество: 1 шт/в компл 5 шт. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA. Замена воздушного фильтра должна проводиться только инженером сертифицированным от завода-изготовителя системы "AVEA".	шт	2	39 700	33 000		
6	Контур для аппарата ИВЛ«AVEA»	Контур для аппарата ИВЛ«AVEA»	Шт	60	20 000			14 200
7	Монитор для аппарата Infant Flow Sipar	Монитор для аппарата Infant Flow Sipar. Панель с сенсорными кнопками для управления функциями основного блока. Материал: металл, пластик, ПВХ.		1	362 340	362 000		

		Размеры: 27 см*37см.						
8	Набор юстированный для аппарата Infant Flow Sipar	Набор юстированный для аппарата Infant Flow Sipar 465474 кольцо уплотнительное 1/8*1/4 1 465457 кольцо уплотнительное ¼ * 3/8 1 467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1 672-024-SA Фильтр газовоздушный смеси1 467352 датчик кислородный1 465476 кольцо уплотнительное 7/16*9/16 2 467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1 675-230 Обратный клапан 2 777244 Аккумуляторная батарея 1 467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1 11507 Глушитель в сборе 1	набор	3	663 000	603 000		
9	Адаптер для увлажнителя для аппарата Infant Flow Sipar	Адаптер для соединения увлажнителя с нагревательной проволокой дыхательного контура. Вес 30г, состав пластик, сталь.	шт	2	87 000	79 000	54 401	
10	Излучатель для кювета	Humidifier PCB ass'у для CHS-i1000 - испаритель, нагревательный элемент. Предназначен для испарения воды, создаёт влажность в камере инкубатора)	шт	2	22 500			

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовал потенциальный поставщик: ИП «Leon Company».

2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ:
3. **Признать ТОО «Жан Фарм Трейд», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8**
4. **Признать ТОО «Sunmedica», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лотам №9**
1. **Признать ИП «Leon Company», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лотам №6**
2. В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить следующие документы:
 1. Письмо согласие об участии в закупке из одного источника.