


Протокол итогов ЗЦП на ИМН №34 от 15.08.2023

№ п/п	МНН	Характеристика	Ед. измер.	Общее количество	Цена	Сумма	ТОО Орда Мед Астана 09:30 15.08.2023
1	Ушной зонд для аппарата аудиометр для новорожденных "ОАЭ Maico easy Screen" 2021г. Согласно технической характеристики	<p>При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дБ. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дБ. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дБ), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами.</p>	шт	1	350000	350000	159120



Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание на расходные материалы не подлежит. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлению отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

1 При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствующих не было

2 Организатор закупок в соответствии с пунктами 95,97,99 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила), **РЕШИЛ:**

3 Лот №1 не состоялись, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: **ТОО Орда Мед Астана**

Джуматаев Т.К.

Заместитель директора по  
лечебной части

Калиев Е.Н.

Заместитель директора по  
хирургической части

Байдаулетов Н.Т.

Главный экономист

Касенов А.М.

Заведующий аптекой

Омарова Ж.Н.

Руководитель отдела гос. Закупок