

**Протокол итогов закупа ИМН способом запроса ценовых предложений
г. Нур- Султан от 19 ноября 2021гг.**

1. **Наименование Заказчика:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области
2. **Адрес Заказчика:** г. Нур- Султан, ул. Манаса 22 **Срок поставки по заявке в течении 15 рабочих дней**
3. **Наименование приобретаемых ИМН:**

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	TOO «The Pharma Network» 17/11/2021 12:28	TOO «HEC компани» 18/11/2021 17:41	TOO «ESSEN» 18/11/2021 17:42	TOO «FUTURE GROUP» 18/11/2021 17:45
1.	Диссектор (5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор; -трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и	шт	5	335 556,00		333 800	334 000	334 250

Султанов А.А.

		стерилизации.							
2.	Трубка-корпус с барашком (для канала 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 290 мм. Общая длина, не менее, 315 мм. Предназначен для работы с рукояткой и рабочими тягами. Имеет тефлоновое диэлектрическое покрытие стойкое к механическим повреждениям. Барашек для управления вращением рабочей частью. Имеет насечку на месте соединения с рукояткой для возможности использования рукоятки без кнопочного механизма. Имеет отметку на барашке для определения положения во время отсоединения от рукоятки. Для изготовления барашка применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающие температуру до 250 град. и не выделяющий токсичных веществ. Электрическая прочность изоляции выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев.	шт	3	54 756,00	54 500	52 100	54 380	
3.	Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не более, 325 мм. Общая длина, не менее, 490 мм. Количество подвижных бранш, не более 1. Длина бранш, не менее, 12 мм. Рабочие бранши прямые. Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок. Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы. Инструмент снабжен кремальерой. Рукоятка имеет прямую V-образную форму. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	3	459 108,00	458 900	456 000	457 500	
4.	Иглодержатель (иглоприемник без кремальеры с рукояткой аксиального типа 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не более, 325 мм. Общая длина, не менее, 490 мм. Количество подвижных бранш, не более 1. Длина бранш, не менее, 16 мм. Рабочие бранши изогнуты в форме диссектора. Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок. Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы. Рукоятка имеет прямую V-образную форму. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	5	384 696,00	383 980	381 870	382 500	
5.	Диссектор (с укороченными браншами 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 16 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: -тяги с рабочей частью	шт	5	335 556,00	333 800	334 900	334 250	

July 20 2018

		<p>диссектор; - трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.</p>							
6.	<p>Ножницы (прямые двухбраншевые 5 мм)</p>	<p>Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина бранш, не менее, 14 мм. Количество подвижных бранш, не менее 2. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы; -трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и</p>	шт	4	335 556,00	335 500	332 150	334 700	

July 20 2024

		стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.							
7.	Ножницы (изогнутые по плоскости однобланшевые левые 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина бранш, не менее, 14 мм. Количество подвижных бранш, не более 1. Бранши изогнуты по плоскости влево. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: -тяги с рабочей частью ножницы; - трубки корпуса с частью ножницы; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим приводом. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	5	335 556,00	335 450	332 150	334 600	
8.	Зажим (универсальный с кремальерой)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 13 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм.	шт	5	349 596,00	348 500	347 210	348 900	

Handwritten signature and initials

5 мм)	<p>Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: -тяги с рабочей частью зажим универсальный; - трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многократного использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.</p>							
9. Вставка переходная (удлиненная 12/5 мм)	<p>Диаметр, не менее, 12 мм. Рабочая длина, не менее, 90 мм. Общая длина, не менее, 100 мм. Предназначен для оперативного перехода с инструмента 12 мм на 5 мм. Имеет бортик на рабочей части для надежной фиксации инструмента в троакаре 12 мм. Конструкция вставки позволяет производить её установку в троакар 12 мм без потери давления газа в брюшной полости. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Инструмент многократного использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев.</p>	шт	2	61 776,00		60 881	60 400	61 500

Handwritten signature or initials in blue ink.

10	Вставка переходная (12/5 мм)	<p>Общая длина, не менее, 25 мм. Диаметр, не менее, 12 мм. Рабочая длина, не более, 15 мм. Предназначен для оперативного перехода с инструмента 12 мм на 5 мм. Имеет бортик на рабочей части для надежной фиксации инструмента в троакаре 12 мм. Конструкция вставки позволяет производить её установку в троакар 12 мм без потери давления газа в брюшной полости. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев.</p>	шт	2	61 776,00	60 881	60 400	61 500
11	Зажим (когтевой кремальерой 5 мм)	<p>Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 13 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим когтевой; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом.</p>	шт	5	349 596,00	349 900	347 210	348 700

Handwritten signature and initials in blue ink.

		Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.							
12	Зажим (когтевой с кремальерой 10 мм)	Диаметр, не менее, 10 мм. Рабочая длина, не менее, 345 мм. Общая длина, не менее, 455 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 35 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: -тяги с рабочей частью зажим когтевой; -трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.	шт	5	349 596,00	349 400	347 210	348 700	
13	Зажим (типа Ales с кремальерой 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 13 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: -тяги с рабочей частью зажим "ALES"; -трубки корпуса с барашком; -универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется	шт	2	349 596,00	348 999	347 210	348 695	

Handwritten signature and initials: Ступа А. А. А. А.

		<p>особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.</p>							
14	<p>Зажим (анатомический полувогна с кремальерой с удлиненными браншами 5 мм)</p>	<p>Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим полувогна; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата</p>	шт	5	349 596,00	348 998	347 210	348 695	

Handwritten signature and initials

		имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 1500 В. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.						
15	Зажим (типа Вавкок с кремальерой 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 435 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 22,5 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим «Вавкок»; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 1500 В. Инструмент легко разбирается для предоперационной	шт	5	349 596,00	348 998	347 210	348 695

Линия с/д. 2018. 24

		подготовки.							
16	Зажим (типа Babcock с кремальерой 10 мм)	Диаметр, не менее, 10 мм. Рабочая длина, не менее, 355 мм. Общая длина, не менее, 475 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 36 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим «babcock»; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.	шт	2	349 596,00		348 998	347 210	348 695
17	Щипцы (биопсийные с двумя иглами 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочие бранши имеют чашеобразную форму. Количество подвижных бранш, не менее 2. На каждой бранши имеется игла диаметром, не более, 0,8 мм. Диаметр рабочей бранши, не более, 5 мм. Длина рабочей бранши, не менее, 7 мм. Размер режущей кромки, не менее, 4,5x5,5 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью щипцы биопсийные; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и	шт	4	335 556,00		334 700	332 150	335 490

Иванов *Иванов*

		разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.							
18	Высокочастотный кабель для монополярных инструментов	Предназначен для монополярных инструментов. Длина, не менее 3м. Адаптируется к разным ЭХВЧ аппаратам для работы с монополярными инструментами. Кабель многоразового использования. Электрическая прочность изоляции выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5Мом.	шт	2	65 988,00		65 800	63 245	63 420
19	Кабель нейтральный в сборе	Нейтральный электрод из токопроводящей резины. Держатель электрода «джек» длина кабеля, не менее 3м.	шт	2	168 480,00		168 450	165 000	166 400
20	Канюля "Луер"	Диаметр, не менее, 6 мм. Длина, не менее, 23 мм. Обеспечивает надежное соединение инструмента с трубкой газоподачи. Изготовлен из нержавеющей стали. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев.	шт	1	19 656,00		19 598	18 700	18 980
21	Газовый фильтр к инсуфлятору	Масса, не менее, 11,6г. Количество коннекторов, не менее, 2 шт. Материал фильтрующей части - Гидрофобное микростекловолокно.	шт	1	42 120,00		41 998	40 980	41 000

Итого 20 20000 руб

22	<p>Диссектор (с изогнутыми браншами 90 градусов 5 мм)</p>	<p>Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор; - трубки корпуса с барашком; - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Бранши изогнуты на конце на 90 градусов. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.</p>	шт	5	335 556,00	333 800	334 980	334 249
----	---	--	----	---	------------	---------	---------	---------

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

23	Герниостеплер (для наложения титановых фиксаторов, длина для лапароскопичес кого грыжесечения 5 мм - 340 мм)	Инструмент предназначен для фиксации сетчатого протеза при лапароскопическом и открытом грыжесечении. Предназначен для работы с картриджами. Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 340 мм. Общая длина, не менее, 490 мм. Стержневая рукоятка с дисковым зубчатым приводом, снабжена храповым механизмом. Возможность удаления отдельного фиксатора в случае неправильной его постановки. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	2	1 339 416,00		1 333 750	1 337 451	1 334 800
24	Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера)	Длина кассеты, не более, 54 мм. Диаметр, не более, 5 мм. Картридж изготовлен из полиэтилена. Фиксаторы изготовлены из титана. Количество фиксаторов в кассете, не менее, 8 шт. Двухзаходные фиксаторы в виде штопора. Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже. Предназначены для работы с герниостеплером.	катри дж	100	16 848,00		16 200	16 500	16 440
25	Адреналин 0,18%-1мл	Адреналин 0,18%-1мл	амп	1000	61,8				
26	Гепасан 500МЕ/мл-5мл	Гепасан 500МЕ/мл-5мл	фл	1000	1479,3				
27	Закстер 1,0	Закстер 1,0	фл	1000	7679,39				
28	Тазид 1,0	Тазид 1,0	фл	5000	960,11	865			

July 20 2018

29	Урсодекс 250 мг	Урсодекс 250 мг	капс	2000	57,27				
30	Мегапим 1,0 порошок для приготовления раствора	Мегапим 1,0 порошок для приготовления раствора	фл	1000	2195,64	885			
31	Эноксипарин 400МЕ(40 мг) 0,4 мг раствор для инъекций в шприцах 4000 анти Ха МЕ/0,4 мл	Эноксипарин 400МЕ(40 мг) 0,4 мг раствор для инъекций в шприцах 4000 анти Ха МЕ/0,4 мл	шприц	3000	884,47				

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями из потенциальных поставщиков не было.

2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 95,97,99 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила), **РЕШИЛ:**

3. Признать **ТОО «НЕС компани»**, победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лоту **№1, №5, № 22, №23, №24**

4. Признать **ТОО «ESSEN»**, победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лоту **№2, №3, № 4, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21**

5. **№28, №30** лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: **ТОО «The Pharma Network»**, на сумму: 5 210 000,00 (Пять миллионов двести десять тысяч) тенге.

6. В соответствии с п.106, п.112, Правил необходимо предоставить следующие документы:


Сумер Р. Таш А.

1. Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.

2. Ценовое предложение;

3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил;

4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

Джуматаев Т.К.  Заместитель директора по лечебной части

Калиев Е.Н.  Заместитель директора по хирургической части

Байдаулетов Н.Т.  Главный экономист

Касенов А.М.  Заведующий аптекой

Омарова Ж.Н.  Руководитель отдела гос. закупок

