

Протокол итогов №30 от 27.08.2024 г

№	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Спецификация, харак	Ед. изм	кол-во	Цена	Сумма	TOO LabMedT h 23.08.2024 11:08
1	Измерительные картриджи: Картридж для анализатора Siemens RapidPoint500 250 TEST	<p>Картридж измерительный. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра.</p> <p>Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенным радиочипе. Картридж с набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 250 тестов/28 дней. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	уп	5	550 000,00	2 750 000,00	550 000

	Измерительные картриджи: Картридж для анализатора Siemens RapidPoint500 400 TEST	Картридж измерительный. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, дегергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенным радиочипе. Картридж с набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 400 тестов/28 дней. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	уп	5	680 000,00	3 400 000,00	680 000
3	Картриджи для промывки (4 шт в наборе)	Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (4 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы анализаторов крови при критических состояниях серии и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливаются во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 4 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них содержит 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-один [ЕС № 220-239-6] (3:1) 0-0.1. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	уп	10	110 000	1100000	110 000
4	Бумага для принтера термическая	Применяется для работы термопринтера в анализаторах. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	шт	6	5000	30000	5000


The image shows three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the parties involved in the contract or agreement. The signatures are fluid and cursive, making them difficult to decipher without context. They are positioned at the bottom right of the document.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовавших не было

Организатор закупок в соответствии с пунктами 95,97,99 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» , В соответствии Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 , РЕШИЛ:

Признать ТОО LaMedTech победившим по лоту №1 ,№2 №3, №4 на сумму 7 280 000(Семь миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге

Джуматаев Т.К.  Заместитель директора по лечебной части

Калиев Е.Н.  Заместитель директора по хирургической части

Байдаулетов Н.Т.  Главный экономист

Касенов А.М.  Заведующий аптекой

Омарова Ж.С.  Специалист отдела гос. Закупок