

Протокол об итогах тендера по закупу медицинских изделий

г. Нур-Султан

«17» февраля 2020 года

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом Главного врача ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - ГКП на ПХВ " Многопрофильная областная больница №2") от 13.01.2020 года №53 в составе:

Албаев Р.К.

Главный врач,
председатель тендерной комиссии;

Джуматаев Т.К.

Заместитель главного врача по лечебной части;
заместитель председателя тендерной комиссии,

Байдаулетов Н.Т.

главный экономист,
член тендерной комиссии;

Тлеужанова Э.С.

юристконсульт,
член тендерной комиссии;

Касенов Алтынбек Мурзабаевич

Заведующий аптекой,
член тендерной комиссии;

Абилхамитова А.Н.

комиссии;

руководитель отдела государственных закупок, секретарь тендерной

при наличии кворума рассмотрела представленные заявки и подвела итоги тендера по закупу изделий медицинского назначения в соответствии с Главой 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной



медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила).

2. Наименование, техническая спецификация закупаемых изделий медицинских назначений, сумма выделенная для закупа указаны в Приложении 1 к настоящему протоколу.

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес местонахождения потенциального поставщика	Дата и время представления заявок на участие в тендере
1	ТОО «Densau»	г.Нур-Султан, ул. Кенесары, 70 А, оф. 549	28.01.2020 14.39
2	ТОО «Clever Medical»	Алматинская обл. Карайсайский район, село Кокузек, строение 433	27.01.2020 17.40
3	ТОО «Artumed»	г.Нур-Султан, ул. 187 д.16, оф. 104	28.01.2020 14.39
4	ТОО «Importmed»	Алматинская обл., Карасайский р-н, Елтайский с.о., с. Кокузек уч.кв. 060, ст. 434	27.01.2020 17.40
5	ТОО «Galamat Integra»	г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 20/2	30.01.2020 12.17
6	ТОО «Med Co»	г.Алматы, ул. Маркова 22/31, угол ул. Пирогова, офис 303	30.01.2020 14.43
7	ТОО «А-37»	г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15	30.01.2020 15.18
8	ТОО «Лером»	г. Павлодар, ул. Чайковского 5	30.01.2020 15.41
9	ТОО «Абзал Алем»	г.Алматы, мрк. Самал -2, 33А к 278	30.01.2020 15.54
10	ТОО «ABMG EXpert»	г.Алматы, ул. Зенкова 59, офис 141В	31.01.2020 11.54
11	ТОО «Фирма «Санжар»	г. Алматы, ул.Айманова 206	31.01.2020 11.55
12	ТОО «Dana Estrella»	г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101	31.01.2020 16.07
13	ТОО «Dives»	г.Алматы, ул. Гоголя, 89 А	31.01.2020 16.08

Түсіміз → *1* *А.М.* *Түсіміз* *А.М.*

14	ТОО «Ab-service company»	г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148	31.01.2020 16.45
15	ТОО «TedeCo»	г.Астана, ул. Мустафина 21/5 кв 30	31.01.2020 17.10

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией указаны в Приложении 1 к настоящему протоколу.

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из следующих критериев оценки соответствия условиям тендера: принимая во внимание п. 15 тендерной документации.

Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую заявку на основе соответствия представленных технических спецификаций, наименьшей цены, сроков поставки в соответствии требованиям тендерной документации и квалификационных требований.

6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок **РЕШИЛА:**

7. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 1 заявку **ТОО «Dana Estrella»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101 отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации

8. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 1 - **ТОО «Med Co»**, находящееся по адресу: г.Алматы, ул. Маркова 22/31, угол ул. Пирогова, офис 303, на сумму **16 079 000,00** (шестнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) тенге, 00 тиын.

9. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 2 заявку **ТОО «Dana Estrella»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101 отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации

10. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 2 - **ТОО «Galamat Integra»**, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 20/2, на сумму **12 600 000,00** (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге, 00 тиын.

20. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 11 - **ТОО «А-37»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **355 000,00** (триста пятьдесят пять тысяч) тенге, 00 тиын.
21. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 12 заявку **ТОО «Dana Estrella»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101 отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
22. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №12 - **ТОО «А-37»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **8 916 000,00** (восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) тенге, 00 тиын.
23. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №13 - **ТОО «А-37»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Кенесары, 70 А, оф. 549, на сумму **121 500,00** (сто двадцать один тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.
24. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №14 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **720 000,00** (семьсот двадцать тысяч) тенге, 00 тиын.
25. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 15 заявку **ТОО «Лером»**, находящееся по адресу г г. Павлодар, ул. Чайковского 5 , отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
26. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №15 - **ТОО «Clever Medical»**, находящееся по адресу: Алматинская обл. Карайсайский район, село Кокузек, строение 433, на сумму **6 670 000,00** (шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.
27. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту №16 заявку **ТОО «Лером»**, находящееся по адресу г г. Павлодар, ул. Чайковского 5 , отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
28. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №16 - **ТОО «Galamat Integra»**, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 20/2, на сумму **6 210 000,00** (шесть миллионов двести десять тысяч) тенге, 00 тиын.
29. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №17 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **2 483 100,00** (два миллиона четыреста восемьдесят три тысяч сто) тенге, 00 тиын.

Тимирязев *1* *Тимирязев*

30. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №18 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **2 375 760,00** (два миллиона триста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) тенге, 00 тиын.
31. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №19 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **383 520,00** (триста восемьдесят три тысяч пятьсот двадцать) тенге, 00 тиын.
32. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №20 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **37 250,00** (тридцать семь тысяч двести пятьдесят) тенге, 00 тиын.
33. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №21 - **ТОО «Densau»**, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15, на сумму **117 000,00** (сто семьнадцать тысяч) тенге, 00 тиын.
34. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 22 - **ТОО «Med Co»** , находящееся по адресу: г.Алматы, ул. Маркова 22/31, угол ул. Пирогова, офис 303, на сумму **1 596 900,00** (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот) тенге, 00 тиын.
35. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 23 заявку **ТОО «Dana Estrella»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101 отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
36. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 23 - **ТОО «Med Co»** , находящееся по адресу: г.Алматы, ул. Маркова 22/31, угол ул. Пирогова, офис 303, на сумму **18 000 000,00** (восемнадцать миллионов) тенге, 00 тиын.
37. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту №24 заявку **ТОО «Dana Estrella»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя 89 А офис 101 отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
38. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту № 24 - **ТОО «Med Co»** , находящееся по адресу: г.Алматы, ул. Маркова 22/31, угол ул. Пирогова, офис 303, на сумму **37 044 700,00** (тридцать семь миллионов сорок четыре тысяч семьсот) тенге, 00 тиын.



39. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №25 - **ТОО «Clever Medical»**, находящееся по адресу: Алматинская обл. Карайсайский район, село Кокузек, строение 433, на сумму **504 000,00** (пятьсот четыре тысяч) тенге, 00 тиын.
40. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №26 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **2 499 500,00** (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.
41. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №27 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **2 524 000,00** (два миллиона пятьсот двадцать четыре тысяч) тенге, 00 тиын.
42. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №28 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **570 000,00** (пятьсот семьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.
43. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 29 заявку **ТОО «Dives»**, находящееся по адресу г.Алматы, ул. Гоголя, 89 А, отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации
44. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №29 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **2 645 000,00** (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) тенге, 00 тиын.
45. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №30 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **1 080 000,00** (один миллион восемьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.
46. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №31 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **1 722 500,00** (один миллион семьсот двадцать две тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.
47. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №32 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **650 000,00** (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.
48. В соответствии с пп.12 п.80 Правил по лоту № 33 заявку **ТОО «Лером»**, находящееся по адресу г. Павлодар, ул. Чайковского 5, отклонить ввиду представления технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

49. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №34 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **1 995 000,00** (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) тенге, 00 тиын.

50. Признать выигравшей тендерную заявку по лоту №35 - **ТОО «Ab-service company»**, находящееся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Петрова д. 23 кв. 148, на сумму **4 598 000,00** (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) тенге, 00 тиын.

1) Заказчику заключить договора по закупа **медицинских изделий** на 2020 год в сроки, предусмотренные Правилами.

Албаев Р.К.


Джуматаев Т.К.

Байдаулетов Н.Т.

Тлеужанова Э.С.

Касенов А.М.

Абилхамитова А.Н.





**Приложение 1 к протоколу об итогах закупки
медицинских изделий от 17 февраля 2020 года**

Перечень и спецификация закупаемых товаров

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол. /во	Цена, за ед. тенге	Ценовые предложения потенциальных поставщиков (цена, тенге)														
					TOO «Densau»	TOO «Clever Medical»	TOO «Artumed»	TOO «Importmed»	TOO «Galamat Integra»	TOO «Med Co»	TOO «A-37»	TOO «Лером»	TOO «Абзал Алем»	TOO «ABMG Expert»	TOO «Фирма «Санжар»	TOO «Dana Estrella»	TOO «Dives»	TOO «Abservice company»	TOO «Tede Co»
1	Стент коронарный лекарственно-покрытый	шт	70	230 000						229700							170000		
2	Стент коронарный лекарственно-покрытый	шт	60	220 000					210000								170000		
3	Проводниковый гайд катетер	шт	140	24 000							23830		23900				19000		
4	Проводник коронарный	шт	10	30 000		29910		29900											
5	Проводник коронарный	шт	160	28 000						27820									
6	Проводник коронарный	шт	10	39 000		38910		38900											
7	Баллонный дилатационный катетер NC для постдилатации	шт	90	45 000						44800									
8	Баллонный дилатационный катетер для преддилатации	шт	75	45 000						44800									
9	Устройство для раздувания баллонов	шт	150	23 600	23500		23600							16500	23600	19000			
10	Интродьюсер трансрадиальный	шт	400	10 750							10745		10749						
11	Интродьюсер феморальный	шт	50	8 000							7100		7500						
12	Катетер диагностический	шт	800	11 150							11145		11149			9000			
13	Проводник диагностический 0,018-0,035	шт	15	8 500,00							8100		8400						
14	Проводник	шт	45	16	16000		16016												

Түле Ісмет → *Түле Ісмет*

Лот №15 «Комплект белья для коронарографии» в количестве 230 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Лером» не соответствует заявленной:

Параметр	Требование технической характеристики	ТОО «Лером»	Заключение
Компонент	Стерильное покрытие для защиты пациента от рентген облучения	Нет в Регистрационном Удостоверении	Несоответствие
Компонент	Полотенце для рук 40x40см	Нет Регистрационном удостоверении	Несоответствие
Проводник диагностический		Более жесткий, травматичный, ломкий. Не соответствует для радиального доступа	Несоответствие

Заключение: ТОО «Клевер» является отечественным производителем. По указанным параметрам комплект белья для ангиографии поставщика ТОО «Лером» не соответствует требуемым техническим параметрам по лоту №15. ТОО «Лером» имеет наборы от ТОО «Мерусар и К» при которых учитывался опыт применения белья (вышеизложенные дефекты и частое отсутствие некоторых материалов) за 2019 год.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

Лот №16 «Комплект белья для ангиографии» в количестве 230 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Лером» не соответствует заявленной:

Параметр	Требование технической характеристики	ТОО «Лером»	Заключение
Класс безопасности	Класс безопасности 2б	Класс безопасности 2 а.	Несоответствие.
Компонент	Стерильное покрытие для защиты пациента от рентген облучения	Нет в Регистрационном Удостоверении	Несоответствие
Компонент	Полотенце для рук 40х40см	Нет Регистрационном удостоверении	Несоответствие
Проводник диагностический		Более жесткий, травматичный, ломкий. Не соответствует для радиального доступа	Несоответствие

Заключение: По указанным параметрам комплект белья для коронарографии поставщика ТОО «Лером» не соответствует требуемым техническим параметрам по лоту №16. В составе белья ТОО «Лером» имеется наборы от ТОО «Мерусар и К» при которых учитывался опыт применения белья (вышеизложенные дефекты и частое отсутствие некоторых материалов) за 2019 год.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

Лот №2 «Стент коронарный лекарственно-покрытый» в количестве 60 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной:

Параметр	Требование технической характеристики	Стент Resolute Integrity. Medtronic Ireland. ТОО «Dana Estrella».	Заключение
Дизайн стента	Гибридная конструкция (закрытые ячейки по краям и открытые ячейки в середине); 6 ячеек (диаметр стента 2,25-2,50 мм), 8 ячеек (2,75-3,50 мм), 10 ячеек (4,00 мм).	непрерывной синусоидной технологии – спиральное U-соединение коронаобразных модулей . ячейки стента-полуоткрытый	Различный дизайн стента, конструкция, тип ячеек. Несоответствие.
Лекарственное вещество	сиролимус	зотаролимус	Лекарственное покрытие другой группы Несоответствие
Давление	Номинальное давление 8 бар. Расчетное давление разрыва 14 бар	Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм.	Несоответствие
Размер стента	Длина стента (мм) 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.	длина стента 8 - 38 мм	Нет размера 40 мм. Несоответствие
Толщина каркаса	Не более 73 мкм (0.0029”).	0.0036"	Каркас шире. Несоответствие

Заключение: по указанным параметрам Система коронарных зотаролимус-элитирующих стентов Resolute Integrity поставщик ТОО «Dana Estrella» не соответствует требуемым техническим параметрам по лоту №2. Также коронарные стенты короткие по длине и таким образом имеет двойной расход во время процедуры.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:

 Усманов Б.М.

Лот №12 «Диагностический катетер» в количестве 800 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной:

1. Наличие размера 4Fr Инфинити (у DхTerity только 5F и 6F) – экономия контраста, снижение травматизации.
2. Наличие боковых отверстий у Инфинити – не препятствует естественному току крови, не вызывает искусственную ишемию во время процедуры. В некоторых случаях с помощью боковых отверстий легче найти устье сосуда.
3. Наличие длин 65 и 80 см (у DхTerity только 100, 110 и 125 см) – возможность использования более коротких катетеров, особенно при процедурах на периферических сосудах.
4. Разные материалы у Инфинити нейлон, у DхTerity полимер InSlide – разная тактильная чувствительность для врача, разный ответ на кручение во время процедуры.
5. Диагностический катетер DхTerity является новизной и не имеет заключение специалистов республиканского уровня в РК.

Заключение:

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной технической спецификации, не имеет заключение специалистов республиканского уровня в РК и таким образом отсутствие вышеизложенные делают возможным использовать катетеры пациенту более рискованным в данное время.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

**Лот №25 «Индивидуальный процедурный комплект для установки кардиостимулятора» в количестве 18 штук.
Отделение: ЧКВ.**

Заключение: ТОО «Клевер» является отечественным производителем. В составе белья ТОО «Лером» имеется наборы от ТОО «Мерусар и К» которое учитывался опыт применение белья от ТОО «Мерусар и К» (вышеизложенные дефекты и частое отсутствие некоторых материалов) за 2019 год.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

Лот №24 «МРТ-совместимый двухкамерный ИКД» в количестве 11 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной по нижеследующей характеристике:

Максимальный шок	40 Дж	36 Дж	Не соответствует техническому заданию
Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии.	В наличии	нет данных	Информация отсутствует
Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий	В наличии	нет данных	Информация отсутствует
Толщина устройства	11 мм	13 мм	Не соответствует техническому заданию
Наличие моделей с DF-1 коннекторами	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию
Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию

Заключение:

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной технической спецификации.

Интервенционный кардиолог:



Усманов Б.М.

Лот №23 «МРТ-совместимый трёхкамерный ИКД сквадриполярным электродом (CRT-D)» в количестве 11 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной по нижеследующей характеристике:

Максимальный шок	40 Дж	36 Дж	Не соответствует техническому заданию
Межжелудочковая задержка	0-100 мс	0-80 мс	Не соответствует техническому заданию
Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию
Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию
Толщина устройства	11 мм	13 мм	Не соответствует техническому заданию
Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию
Наличие моделей с DF-1 коннекторами	В наличии	нет данных	Не соответствует техническому заданию

Заключение:

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной технической спецификации.

Интервенционный кардиолог:

 Усманов Б.М.

Лот №3 «проводниковый гайд катетер» в количестве 140 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «DanaEstrella» не соответствует заявленной:

Параметр	Требование технической характеристики	Проводниковый катетер ТОО «DanaEstrella»	Заключение
Внутренний диаметр	Внутренний просвет катетера: 6Fr – 0.070. 5Fr – 0.056.	6Fr - 0,071 5Fr- Нет информации	Не соответствует. Недостаточная жесткость катетера во время процедуры, необходимость интубации катетера глубже в коронарный сосуд - увеличение риска возникновения нежелательных последствий.
Длина	До 125см	До 120см	Не соответствует. Для стентирования почечной артерий ростом выше 170см через радиальный доступ требуется катетеры 125см.
Рентгенконтрастное метка	рентгенконтрастный кончик на 2,5 мм	на 3-4 мм проксимальнее кончика	Не соответствует. удобство визуализации при коротких стволах ЛКА.

Заключение:

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «DanaEstrella» не соответствует заявленной технической спецификации, т.к. отсутствие вышеизложенные делают возможным использовать 1 и более катетеров одному пациенту или при феморальном доступе имеет место осложнение больше чем радиальный доступ.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

Лот №1 «Стент коронарный лекарственно-покрытый» в количестве 70 штук.
Отделение: ЧКВ.

Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной:

Дизайн стента	Конструкция каркаса стента в виде двойной спирали.	Выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии–спиральное U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной лазерной спайки.	Не соответствует техническому заданию
Профиль для стента фиксированного на баллоне	0.039"	0.043"	Не соответствует техническому заданию
Лекарственное покрытие	стент с активным покрытием из биodeградируемого полилактида включающий Сиролимус	Липофильное антипрофилеративное вещество зотаролимус	не соответствует техническому заданию
Пассивное покрытие	из аморфного карбида кремния	отсутствует	не соответствует техническому заданию
Толщина каркаса	Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 - 3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031").	0.036"	Не соответствует техническому заданию
Длина	40мм	38мм	

Заключение:

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «Dana Estrella» не соответствует заявленной технической спецификации, т.к. отсутствие вышеизложенные делают возможным использовать 1 и более стентов к одному пациенту.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

**Лот №33 «Комплект процедурный для нейроваскулярных вмешательств /
Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур»
в количестве 10 штук.
Отделение: ЧКВ.**

**Установлено, что в составе белья ТОО «Лером» имеется наборы от ТОО «Мерусар и К»
которое входит в список недобросовестных поставщиков. Также учитывался опыт
применение белья (отсутствие некоторых материалов) за 2019 год.**

Заключение: Рекомендуем данный лот отклонить и заново объявить лот №33.

Интервенционный кардиолог АО ННМЦ:



Усманов Б.М.

**Членам тендерной комиссии
ГКП на ПХВ МОБ №2**

**Лот №29 «Микрокатетер для нейрохирургической операции» в количестве 10 штук.
Отделение: ЧКВ.**

**Установлено, что техническая спецификация ТОО «Dives» в полном объеме не
соответствует по заявленному лоту.**

Интервенционный кардиолог:



Усманов Б.М.