Запрос ценовых предложений на МИ от 29.04.2021 по 10.05.2021

№	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Спецификация, харак	Ед. изм	Кол/во	Цена
1	Спираль для большой аортолегочной коллатерали,	Спираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, НАП типа MReye, Hilal, Tornado, Detach, Flipper, Jackson- отделяемые и нет, Материал- платина, мягкая платина, Inconelволокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, . 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	30	110 000,00
2	Adult- Pediatric, Dinaclick Connektor, 3.6M/12ft/соеденительный кабель для измерения ненивазивного давления - для оборудования OPTIMA IGS 330		шт	1	66 110,00
3	DURA-CUF, Large Adult, 2T DinaClick- для монитора B650		шт	1	178 335,00
4	DURA-CUF LARGE ADULT LONG 2T CLICK -5 /PK- для монитора B650		шт	1	156 667,00

6	Аппарат АЛМАГ-01.	Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%).Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 ВА. Масса аппарата не более 0,62 кг.Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм;90 мм. узла воздействия (одной из катушек) – 15х Примечание: предельные отклонения ±3%. Количество узлов воздействия – 4. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл. Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц. Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат обеспечивает работу в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Аппарат автоматически отключается от сети через (22±1) мин. При эксплуатации аппарат устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ и ГОСТ Р для исполнения УХЛ категории изделий 4.2. Аппарат при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ для группы условий 5, при хранении – для группы условий 2. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по ОСТ : 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния аппарата является невозможность его восстановления при текущем ремонте до соответствия требованиям п. 1.1.4, или технико-экономическая нецелесообразность его дальнейшей эксплуатации. Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р .Максимальная температура корпуса аппарата после одного цикла работы по п.2.9 не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С.Класс в зависимости от потанцеального риска приминения - 2а.	шт	2	60 000,00